

**Processo Seletivo para Aquisição de Bens, Materiais e Serviços  
Nº 20183101S014HUAPA**

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público a realização do Processo Seletivo de Compras, com a finalidade de adquirir bens, materiais e/ou medicamentos para o HUAPA - Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, com endereço à Av. Diamante, esquina com rua Mucuri s/n, Jardim Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74.969-210.

**Objeto: Serviço**

**Data de Início do recebimento das propostas: 07/02/2018**

**Data Final do recebimento das propostas: 05/02/2018**

O detalhamento do objeto, com suas especificações, quantidades, volumes e outros, poderá ser encontrado na plataforma eletrônica [www.bionexo.com.br](http://www.bionexo.com.br). Não possuindo cadastro ativo no portal supracitado, o pedido poderá ser solicitado via e-mail e o orçamento encaminhado para: [compras.go@igh.org.br](mailto:compras.go@igh.org.br), contendo as seguintes informações: CNPJ, nome comercial, endereço, descrição dos itens respondidos, valor unitário, valor total, prazo de entrega, condições de pagamento, prazo de validade da proposta. Em tempo, informamos que se encontra disponível fisicamente no endereço acima mencionado o detalhamento. O resultado será publicado em até 3 (três) dias úteis após o recebimento das propostas

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

**QTDE**

|   |    |
|---|----|
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PERFURADOR PNEUMÁTICO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS.<br>ESPECIFICAÇÕES: PERFURADOR CANULADO ATÉ 4,5MM, AUTO REVERSO. DEVE SER ACIONADO POR NITROGENIO, TURBINA DE ATÉ 30.000RPM COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO POR MEIO DE GATILHO, DEVE SER FORNECIDO DOIS MANDRIS SENDO UM PARA ALTA ROTAÇÃO E OUTRO PARA ALTO TORQUE. O EQUIPAMENTO E SEUS ACESSÓRIOS DEVERÃO SER DE MATERIAL AUTOCLAVAVEL. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.<br><b>ACESSÓRIOS:</b><br>1 CAIXA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS EM AÇO INOX<br>1 MANGUEIRA DE ENGATE RÁPIDO, TAMANHO MÍNIMO DE 3 METROS<br>1 REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE GÁS MEDICINAL<br>2 CHAVES DE MANDRIL<br>10 ML DE ÓLEO MINERAL PARA PERFURADOR PNEUMÁTICO<br>1 MANDRIL DE ALTO TORQUE COM AJUSTE DE 0,0 A 10MM<br>1 MANDRIL RÁPIDO COM AJUSTE DE 0,0 A 6,5MM<br>PARA REALIZAR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DEVERÁ SER FORNECIDO EQUIPAMENTO RESERVA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS. | 10 |
|---|----|