

RECEBIDO
Por Susana às 15:18, 14/7/2023

6º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 298/2023 AO CONTRATO Nº 2208-APA, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E NEO CARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

O **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, CNPJ/MF nº 11.858.570/0004-86, situado à Rua Dona Nequita c/ dão Barbosa, s/nº, Qd. 08, Lt. 18-19, C-10, Jardim Ipiranga, Aparecida de Goiânia/GO CEP.: 74.968-121, representado neste ato pelo **Dr. Joel Sobral de Andrade**, Superintendente, advogado, portador do documento de identidade nº 0716630613 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 821.110.735-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, doravante denominado **Contratante**, e a empresa **NEO CARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.454.585/0002-29, com sede à Av. D, nº 419, Quadra G-11, Lote 1, sala 401, Edifício Comercial Marista, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP: 74.150-040, representado neste ato pelo seu sócio, doravante denominado **Contratado**, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao **Contrato nº 2208-APA**, celebrado em 10/05/2019, conforme ofício IGH/APA nº 084/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente instrumento, prorroga-se o contrato em epígrafe, por mais **12 (doze) meses**, referente a prestação do serviço de engenharia clínica, em prol do **Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia – HEAPA**, entre **11/05/2023 e 10/05/2024**.

Parágrafo único: Os efeitos deste termo aditivo retroagirão ao período supracitado, considerando o parecer de análise de vantajosidade do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com o presente aditivo que, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para o mesmo fim de se produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Aparecida de Goiânia/GO, 12 de junho de 2023.

NADJA DOS
SANTOS
SOUSA:7857438251
5

Assinado de forma digital
por NADJA DOS SANTOS
SOUSA:78574382515
Dados: 2023.06.29
10:04:22 -03'00'

Instituto de Gestão e Humanização – IGH
Contratante

Neo Care Serviços Especializados LTDA
Contratada

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 26D9-96FC-F176-61EC.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/26D9-96FC-F176-61EC> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 26D9-96FC-F176-61EC



Hash do Documento

D802A8BFA75E0CC880F4EF8D703D07C24EFDD02F16F2169E75ED8EBE3A2AB415

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/07/2023 é(são) :

☒ Joel Sobral De Andrade (Signatário - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH) - ***.110.735-** em 11/07/2023 18:18 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Luisa Moura Gomes (Testemunha - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH) - ***.941.665-** em 10/07/2023 16:58 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Ofício IGH/HEAPA nº 084/2023

Assinado: Ignissia S.

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO

Contrato nº: 2208-APA
Fornecedor: NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ: 19.454.585/0002-29
Representante: Nadja dos Santos Souza
CPF: 785.743.825-15
E-mail do representante: neocareservsp1@gmail.com
Alteração nº: 6º Aditivo

À Gerência de Contratos,

Pelo presente ofício, solicitamos a prorrogação do contrato em epígrafe, por mais 12 (doze) meses, a partir de 11/05/2023, e análise de vantajosidade, referente a "prestação do serviço de engenharia clinica", em prol do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada - HEAPA

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente por:
Flávia Fernanda Rosenberg Laukenickas
CPF: 942.329.115-53
Data: 09/02/2023 22:24:54 -03:00 MUNDODIGITAL

FLÁVIA ROSEMBERG

Diretor Geral – HEAPA/IGH

298 23



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8P2G2-36LSE-T8ELA-W82VF

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Flávia Fernanda Rosemberg Laukenickas (CPF 942.329.115-53) em 09/02/2023 22:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.56.34.87	Não disponível
Autenticação	flavia.rosemberg@igh.org.br (Verificado)
Login	
qli+rLD0dzULJ2dspLYtjEg4nYrdFbUjWPMtWRnyEro=	
SHA-256	

Esse documento foi aprovado pelos seguintes aprovadores nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ AGRIPINO JOSÉ DOS ANJOS NETO (CPF 011.325.655-88) em 08/02/2023 11:47

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/8P2G2-36LSE-T8ELA-W82VF>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>

Observa-se que o valor global atualmente contratado para é **inferior àquele indicado no orçamento** recepcionado por este setor.

Neste sentido, considerando que a presente empresa demonstrou interesse na renovação contratual, com a manutenção do valor, esta Gerência de Compras tem pela vantajosidade do aditivo do contrato em seus termos atuais, considerando, exclusivamente, a análise do critério financeiro.

Registre-se que a presente manifestação consolida mero opinativo, devendo a unidade contratante verificar outras circunstâncias que possam interferir na decisão quanto à prorrogação ou não do ajuste comercial.

Camila Azevedo
Gerente de Compras

CAMILA AZEVEDO
DA
SILVA:81513275534

Assinado de forma digital por
CAMILA AZEVEDO DA
SILVA:81513275534
Dados: 2023.06.15 17:13:24 -03'00'

Gerência de Compras, em 12/06/2023.

Tiago Bispo
Analista de Compras

Tiago
Bispo

Assinado de
forma digital por
Tiago Bispo
Dados:
2023.06.16
08:16:29 -03'00'



Cotacoes Goiania <cotacoes.go@igh.org.br>

6º TA- NEO CARE SERVIÇOS- 2208-APA

1 mensagem

Susana Cardim Contratos Matriz <contratos2.matriz@igh.org.br>

13 de fevereiro de 2023 às 12:19

Para: Cotacoes Goiania <cotacoes.go@igh.org.br>

Cc: Diretoria Heapa <diretoria.heapa@igh.org.br>, Agripino Neto <agripino.neto@igh.org.br>, Oracília Alves <oracilia.alves@leaoutsourcing.com.br>, Flávia Rosenberg <flavia.rosenberg@igh.org.br>, Daniel Mercadante <daniel.mercadante@igh.org.br>, contratos go <contratos.go@igh.org.br>

Prezados (as), boa tarde.

Segue em anexo solicitação de termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato abaixo, para que esta Gerência de Compras prossiga com a aferição de vantajosidade do respectivo contrato, respeitando o princípio da economicidade, em decorrência da atualização no Regulamento de Compras e Contratações de Serviços de Goiás, conforme a seguir:

• 6º T.A- NEO CARE SERVIÇOS ESPECIALIADOS LTDA-2208-HEAPA;

Destaco, por oportuno, que o contrato já foi prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses desde a sua formalização.

Atenciosamente,

--

**Susana Cardim
Garrido**

Analista de Contratos

✉ contratos2.matriz@igh.org.br

☎ (71) 3277-0850

🌐 www.igh.org.br

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei, também vedado o uso dos dados para finalidade adversa ou em descumprimento de requisitos legais ou regulamentares. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas e podem constituir crime. Agradecemos sua cooperação.

**OFICIO N°084 SOLICITAÇÃO 6º ADITIVO - NEO CARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-****VersaoImpressao.pdf**

700K



Cotacoes Goiania <cotacoes.go@igh.org.br>

Pedido de cotação - Engenharia Clínica

2 mensagens

Cotações IGH/GO <cotacoes.go@igh.org.br>

29 de maio de 2023 às 14:06

Para: Cotacoes Goiania <cotacoes.go@igh.org.br>

Cco: rcastilho@flexmundi.com, Idaniel@flexmundi.com, NeoCare EngClin <neocare.engclin@gmail.com>, Josias <josias@athoshospitalar.com.br>

Prezado(a), bom dia!

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH torna público para conhecimento dos interessados, que irá realizar **Processo de Cotação** objetivando a contratação de empresa para a prestação dos serviços a seguir discriminados, a serem realizados na unidade de saúde administrada pelo Instituto no Estado de Goiás abaixo indicada.

1) HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER - HEMU, com Sede na Avenida Perimetral - Setor Oeste, S/N , CEP: 74125-120, Goiânia/GO
- CNPJ: 11.858.570/0002-14

2) HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - HEMNSL, com sede na Rua 230, s/n, Setor Vila Nova, Goiânia - GO
- CEP: 74.640-210 - CNPJ: 11.858.570/0005-67

3) HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA - HEAPA, com Sede na Avenida. Diamantes, Quadra 2A, Setor Condomínio dos Arcos, Aparecida de Goiânia - GO, CEP.: 74.949-210 - CNPJ: 11.858.570/0004-86

Objeto: Prestação do serviço de engenharia clínica, conforme especificações contidas em documento anexo.

Para tal solicitamos o envio dos seguintes documentos:

- 1) Proposta assinada com os devidos valores;
- 2) Certidões negativas de débitos (FEDERAL, ESTADUAL SEFAZ GO, MUNICIPAL, FGTS e CNDT);
- 3) Cartão CNPJ;
- 4) Contrato social;
- 5) Documentos técnicos relacionados ao objeto.

Período de vigência do contrato: 12 meses

Data de encerramento para recebimento de propostas: 05/06/2023.

Atenciosamente,

Instituto de Gestão e Humanização - IGH
Gerência de Compras | Matriz

Termo de Referencia Unificado - Engenharia Clínica.pdf
6332K

postmaster@flexmundi.com <postmaster@flexmundi.com>
Para: cotacoes.go@igh.org.br

29 de maio de 2023 às 14:07



Your message to Idaniel@flexmundi.com couldn't be delivered.

Idaniel wasn't found at flexmundi.com.

cotacoes.go
Action Required

Office 365

Idaniel
Recipient

Unknown To address

How to Fix It

The address may be misspelled or may not exist. Try one or more of the following:

- Send the message again following these steps: In Outlook, open this non-delivery report (NDR) and choose **Send Again** from the Report ribbon. In Outlook on the web, select this NDR, then select the link "**To send this message again, click here.**" Then delete and retype the entire recipient address. If prompted with an Auto-Complete List suggestion don't select it. After typing the complete address, click **Send**.

- Contact the recipient (by phone, for example) to check that the address exists and is correct.
- The recipient may have set up email forwarding to an incorrect address. Ask them to check that any forwarding they've set up is working correctly.
- Clear the recipient Auto-Complete List in Outlook or Outlook on the web by following the steps in this article: [Fix email delivery issues for error code 5.1.10 in Office 365](#), and then send the message again. Retype the entire recipient address before selecting **Send**.

If the problem continues, forward this message to your email admin. If you're an email admin, refer to the **More Info for Email Admins** section below.

Was this helpful? Send feedback to Microsoft.

More Info for Email Admins

Status code: 550 5.1.10

This error occurs because the sender sent a message to an email address hosted by Office 365 but the address is incorrect or doesn't exist at the destination domain. The error is reported by the recipient domain's email server, but most often it must be fixed by the person who sent the message. If the steps in the **How to Fix It** section above don't fix the problem, and you're the email admin for the recipient, try one or more of the following:

The email address exists and is correct - Confirm that the recipient address exists, is correct, and is accepting messages.

Synchronize your directories - If you have a hybrid environment and are using directory synchronization make sure the recipient's email address is synced correctly in both Office 365 and in your on-premises directory.

Errant forwarding rule - Check for forwarding rules that aren't behaving as expected. Forwarding can be set up by an admin via mail flow rules or mailbox forwarding address settings, or by the recipient via the Inbox Rules feature.

Recipient has a valid license - Make sure the recipient has an Office 365 license assigned to them. The recipient's email admin can use the Office 365 admin center to assign a license (Users > Active Users > select the recipient > Assigned License > Edit).

Mail flow settings and MX records are not correct - Misconfigured mail flow or MX record settings can cause this error. Check your Office 365 mail flow settings to make sure your domain and any mail flow connectors are set up correctly. Also, work with your domain registrar to make sure the MX records for your domain are configured correctly.

For more information and additional tips to fix this issue, see [Fix email delivery issues for error code 5.1.10 in Office 365](#).

Original Message Details

Created Date: 5/29/2023 5:06:33 PM
Sender Address: cotacoes.go@igh.org.br
Recipient Address: Idaniel@flexmundi.com
Subject: Pedido de cotação - Engenharia Clínica

Error Details

Error: 550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound; Recipient Idaniel@flexmundi.com not found by SMTP address lookup
Message rejected by: SCZP215MB2055.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM

Notification Details

Sent by: SCZP215MB2055.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM

Message Hops

HOP	TIME (UTC)	FROM	TO	WITH	RELAY TIME
1	5/29/2023 5:06:51 PM		mail-yw1-f180.google.com	SMTP	18 sec
2	5/29/2023 5:06:51 PM	mail-yw1-f180.google.com	BN1NAM02FT025.mail.protection.outlook.com	Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)	*
3	5/29/2023 5:06:52 PM	BN1NAM02FT025.eop-nam02.prod.protection.outlook.com	BN6PR17CA0047.outlook.office365.com	Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)	1 sec
4	5/29/2023 5:06:52 PM	BN6PR17CA0047.namprd17.prod.outlook.com	SCZP215MB2055.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM	Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)	*

Original Message Headers

Received: from BN6PR17CA0047.namprd17.prod.outlook.com (2603:10b6:405:75::36) by SCZP215MB2055.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10d6:300:5b::5) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.6433.22; Mon, 29 May 2023 17:06:52 +0000

Received: from BN1NAM02FT025.eop-nam02.prod.protection.outlook.com (2603:10b6:405:75:cafe::b) by BN6PR17CA0047.outlook.office365.com (2603:10b6:405:75::36) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.6433.23 via Frontend Transport; Mon, 29 May 2023 17:06:52 +0000

Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 209.85.128.180) smtp.mailfrom=igh.org.br; dkim=pass (signature was verified) header.d=igh.org.br; dmarc=bestguesspass action=none header.from=igh.org.br;

Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of igh.org.br designates 209.85.128.180 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com; client-ip=209.85.128.180; helo=mail-yw1-f180.google.com; pr=C

Received: from mail-yw1-f180.google.com (209.85.128.180) by BN1NAM02FT025.mail.protection.outlook.com (10.13.2.139) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.6455.21 via Frontend Transport; Mon, 29 May 2023 17:06:51 +0000

Received: by mail-yw1-f180.google.com with SMTP id 00721157ae682-565cfe4ece7so29314787b3.2 for <ldaniel@flexmundi.com>; Mon, 29 May 2023 10:06:51 -0700 (PDT)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=igh.org.br; s=google; t=1685380011; x=1687972011; h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:from:to:cc:subject:reply-to; bh=hdQw6f/OPd80WkKpE01PPFmJb1S0fd/OgnCnrmYN5MQ=; b=r07kVCLCAsyY7e0mstdVDGX0oTYSURmfBjXkAswqIKZ5oY5QxHJqbpPgFGBxYJ9mPIPEk1YGkPlfzCngexfRn7VnVvk25IEQ3092KdMQRjgNadYnTrbSGCYEJJTFChJ8C2yN CmX9J5/6nBcS+HQJ2sZNA7b+GINW30t86o31w=

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=1e100.net; s=20221208; t=1685380011; x=1687972011; h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:x-gm-message-state:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to; bh=hdQw6f/OPd80WkKpE01PPFmJb1S0fd/OgnCnrmYN5MQ=; b=BWcmm8d14wFzmsCKHPU98eBY2Hv8Tt2IH+16+1DTaux8WJU6qWYct0jjwcD4xo8gf7xJfjriQW0iIbHmOwr4A7coeHaSfrXPz7mnv7HpP0y0Ahusgf1tdKzqECMzqtXdvAAHTSfOkxpGnffM0ZgCCFFQg8ZdJrJmH/vwu79/TUDsav+p97yEMvtd4gwqg8IKFTSpu1018DFUzaPQ4Tum10AjaJ50Zi9MimlbGy7HvkHTx34rB9/3tcPbDy1DsetEVeZPYp040lyVgrKGAPGN20xY3SrrccCiQLWBZFOFRTHAJC6TTAR/iWH5TLokk1N1LQ+yLygY9NNgHPOVyiiO5FyQ=

X-Gm-Message-State: AC+VfDwdu3AqkQZJWAD8Bu6MZ0GoUcqsantvk1Rm382dbG05EhZRBG4V+278Zbkda6J30yOmeg7UdECwCYN/ocGIEU49BZRgPf2xC3pkMET

X-Google-Smtp-Source: ACHUZ51RsjU8NNjofcZnYtFPUSL16B5IMq2FheiuY39zq6fGH11Fbk3TlboICtr3QiPEa1Kam9kDo2B9nyrbo3aSKI=

X-Received: by 2002:a25:2f88:0:b0:bad:68a:35f4 with SMTP id v130-20020a252f8800000b0bad068a35f4mr10740504ybv.40.1685380008690; Mon, 29 May 2023 10:06:48 -0700 (PDT)

MIME-Version: 1.0

From: =?UTF-8?B?Q290YcOnw7V1cyBJR0gvr08=?> <cotacoes.go@igh.org.br>

Date: Mon, 29 May 2023 14:06:33 -0300

Message-ID: <CAMGVTFw03pF5yQWQV_cvE4XcBi8B-rvxhD=NSJ-jsVxVW4Wzcg@mail.gmail.com>

Subject: =?UTF-8?Q?Pedido_de_cota=C3=A7=C3=A3o_2D_Engenharia_Cl=C3=Adnica=?>

To: Cotacoes Goiania <cotacoes.go@igh.org.br>

Content-Type: multipart/mixed; boundary="000000000000bc69d005fcd81c5a"

BCC: ldaniel@flexmundi.com

Return-Path: cotacoes.go@igh.org.br

X-EOPAttributedMessage: 0

X-EOPTenantAttributedMessage: 7cc3faf1-737e-4245-b971-cc695aa4640a:0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: BN1NAM02FT025:EE_|SCZP215MB2055:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: adefc416-5c3f-45a8-4196-08db606718ed

Final-Recipient: rfc822;ldaniel@flexmundi.com

Action: failed

Status: 5.1.10

Diagnostic-Code: smtp;550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound; Recipient ldaniel@flexmundi.com not found by SMTP address lookup

31/05/2023, 07:56

E-mail de Instituto de Gestão e Humanização - Pedido de cotação - Engenharia Clínica

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Cotações.IGH/GO" <cotacoes.go@igh.org.br>
To: Cotacoes Goiania <cotacoes.go@igh.org.br>
Cc:
Bcc: Idaniel@flexmundi.com
Date: Mon, 29 May 2023 14:06:33 -0300
Subject: Pedido de cotação - Engenharia Clínica
Prezado(a), bom dia!

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH torna público para conhecimento dos interessados, que irá realizar **Processo de Cotação** objetivando a contratação de empresa para a prestação dos serviços a seguir discriminados, a serem realizados na unidade de saúde administrada pelo Instituto no Estado de Goiás abaixo indicada.

1) HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER - HEMU, com Sede na Avenida Perimetral - Setor Oeste, S/N , CEP: 74125-120, Goiânia/GO
- CNPJ: 11.858.570/0002-14

2) HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - HEMNSL, com sede na Rua 230, s/n, Setor Vila Nova, Goiânia - GO -
CEP: 74.640-210 - CNPJ: 11.858.570/0005-67

3) HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA - HEAPA, com Sede na Avenida. Diamantes, Quadra 2A, Setor Condomínio dos Arcos, Aparecida de Goiânia - GO, CEP.: 74.949-210 - CNPJ: 11.858.570/0004-86

Objeto: Prestação do serviço de engenharia clínica, conforme especificações contidas em documento anexo.

Para tal solicitamos o envio dos seguintes documentos:

- 1) Proposta assinada com os devidos valores;
- 2) Certidões negativas de débitos (FEDERAL, ESTADUAL SEFAZ GO, MUNICIPAL, FGTS e CNDT);
- 3) Cartão CNPJ;
- 4) Contrato social;
- 5) Documentos técnicos relacionados ao objeto.

Período de vigência do contrato: 12 meses

Data de encerramento para recebimento de propostas: 05/06/2023.

Atenciosamente,

Instituto de Gestão e Humanização - IGH
Gerência de Compras | Matriz

 **Termo de Referencia Unificado - Engenharia Clínica.pdf**
6332K

29 de maio de 2023 às 14:06

2023, 16:18



Pedido de cotação - Engenharia Clínica

Para: Cotacoes Goiania <cotacoes.go@igh.org.br>
Cc: rcastilho@flexmundi.com, Idaniel@flexmundi.com, NeoCare EngClin <neocare.engclin@gmail.com>, Josias <josias@athoshospitalar.com.br>

Prezado(a), bom dia!

O Instituto de Gestão e Humanização - IGH torna público para conhecimento dos interessados, que irá realizar **Processo de Cotação** objetivando a contratação de empresa para a prestação dos serviços a seguir discriminados, a serem realizados na unidade de saúde administrada pelo Instituto no Estado de Goiás abaixo indicada.

- 1) HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER - HEMU, com Sede na Avenida Perimetral - Setor Oeste, S/N, CEP: 74125-120, Goiânia/GO - CNPJ: 11.858.570/0002-14
- 2) HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - HEMNSL, com sede na Rua 230, s/n, Setor Vila Nova, Goiânia - GO - CEP: 74.640-210 - CNPJ: 11.858.570/0005-67
- 3) HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA - HEAPA, com Sede na Avenida. Diamantes, Quadra 2A, Setor Condomínio dos Arcos, Aparecida de Goiânia - GO, CEP.: 74.949-210 - CNPJ: 11.858.570/0004-86

Objeto: Prestação do serviço de engenharia clínica, conforme especificações contidas em documento anexo.

Para tal solicitamos o envio dos seguintes documentos:

- 1) Proposta assinada com os devidos valores;
- 2) Certidões negativas de débitos (FEDERAL, ESTADUAL SEFAZ GO, MUNICIPAL, FGTS e CNDT);
- 3) Cartão CNPJ;
- 4) Contrato social;
- 5) Documentos técnicos relacionados ao objeto.

Período de vigência do contrato: 12 meses

Data de encerramento para recebimento de propostas: 05/06/2023.

Atenciosamente,

Instituto de Gestão e Humanização - IGH
Gerência de Compras | Matriz

Termo de Referência Unificado - Engenharia Clínica.pdf
6332K

29 de maio de 2023 às 14:06

postmaster@flexmundi.com <postmaster@flexmundi.com>
Para: cotacoes.go@igh.org.br



Your message to Idaniel@flexmundi.com couldn't be delivered.

Idaniel wasn't found at flexmundi.com.

cotacoes.go
Action Required
Unknown To address

Office 365

Idaniel
Recipient

How to Fix It

The address may be misspelled or may not exist. Try one or more of the following:

- Send the message again following these steps: In Outlook, open this non-delivery report (NDR) and choose **Send Again** from the Report ribbon. In Outlook on the web, select this NDR, then select the link "**To send this message again, click here.**" Then delete and retype the entire recipient address. If prompted with an Auto-Complete List suggestion don't select it. After typing the complete address, click **Send**.

- Contact the recipient (by phone, for example) to check that the address exists and is correct.
- The recipient may have set up email forwarding to an incorrect address. Ask them to check that any forwarding they've set up is working correctly.
- Clear the recipient Auto-Complete List in Outlook or Outlook on the web by following the steps in this article: [Fix email delivery issues for error code 5.1.10 in Office 365](#), and then send the message again. Retype the entire recipient address before selecting **Send**.

If the problem continues, forward this message to your email admin. If you're an email admin, refer to the **More Info for Email Admins** section below.

Was this helpful? Send feedback to Microsoft.

More Info for Email Admins

Status code: 550 5.1.10

This error occurs because the sender sent a message to an email address hosted by Office 365 but the address is incorrect or doesn't exist at the destination domain. The error is reported by the recipient domain's email server, but most often it must be fixed by the person who sent the message. If the steps in the **How to Fix It** section above don't fix the problem, and you're the email admin for the recipient, try one or more of the following:

The email address exists and is correct - Confirm that the recipient address exists, is correct, and is accepting messages.

Synchronize your directories - If you have a hybrid environment and are using directory synchronization make sure the recipient's email address is synced correctly in both Office 365 and in your on-premises directory.

Errant forwarding rule - Check for forwarding rules that aren't behaving as expected. Forwarding can be set up by an admin via mail flow rules or mailbox forwarding address settings, or by the recipient via the Inbox Rules feature.

Recipient has a valid license - Make sure the recipient has an Office 365 license assigned to them. The recipient's email admin can use the Office 365 admin center to assign a license (Users > Active Users > select the recipient > Assigned License > Edit).

Mail flow settings and MX records are not correct - Misconfigured mail flow or MX record settings can cause this error. Check your Office 365 mail flow settings to make sure your domain and any mail flow connectors are set up correctly. Also, work with your domain registrar to make sure the MX records for your domain are configured correctly.

For more information and additional tips to fix this issue, see [Fix email delivery issues for error code 5.1.10 in Office 365](#).

Original Message Details

Created Date: 5/29/2023 5:06:33 PM
Sender Address: cotacoes.go@igh.org.br
Recipient Address: Idaniel@flexmundi.com
Subject: Pedido de cotação - Engenharia Clínica

Error Details

Error: 550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound; Recipient Idaniel@flexmundi.com not found by SMTP address lookup
Message rejected by: SCZP215MB2055.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM

Notification Details

Sent by: SCZP215MB2055.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM

Message Hops

HOP	TIME (UTC)	FROM	TO	WITH	RELAY TIME
1	5/29/2023 5:06:51 PM		mail-yw1-f180.google.com	SMTP	18 sec
2	5/29/2023 5:06:51 PM	mail-yw1-f180.google.com	BN1NAM02FT025.mail.protection.outlook.com	Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)	*
3	5/29/2023 5:06:52 PM	BN1NAM02FT025.eop-nam02.prod.protection.outlook.com	BN6PR17CA0047.outlook.office365.com	Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)	1 sec
4	5/29/2023 5:06:52 PM	BN6PR17CA0047.namprd17.prod.outlook.com	SCZP215MB2055.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM	Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)	*

Original Message Headers

Received: from BN6PR17CA0047.namprd17.prod.outlook.com (2603:10b6:405:75::36) by SCZP215MB2055.LAMP215.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10d6:300:5b::5) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.6433.22; Mon, 29 May 2023 17:06:52 +0000

Received: from BN1NAM02FT025.eop-nam02.prod.protection.outlook.com (2603:10b6:405:75:cafe::b) by BN6PR17CA0047.outlook.office365.com (2603:10b6:405:75::36) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.6433.23 via Frontend Transport; Mon, 29 May 2023 17:06:52 +0000

Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 209.85.128.180) smtp.mailfrom=igh.org.br; dkim=pass (signature was verified) header.d=igh.org.br; dmarc=bestguesspass action=none header.from=igh.org.br; Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of igh.org.br designates 209.85.128.180 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com; client-ip=209.85.128.180; helo=mail-yw1-f180.google.com; pr=C

Received: from mail-yw1-f180.google.com (209.85.128.180) by BN1NAM02FT025.mail.protection.outlook.com (10.13.2.139) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.6455.21 via Frontend Transport; Mon, 29 May 2023 17:06:51 +0000

Received: by mail-yw1-f180.google.com with SMTP id 00721157ae682-565cfe4ece7so29314787b3.2 for <daniel@flexmundi.com>; Mon, 29 May 2023 10:06:51 -0700 (PDT)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=igh.org.br; s=google; t=1685380011; x=1687972011; h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:from:to:cc:subject:reply-to; bh=hdQw6f/OPd0W0KwPE01PPFmJb1S0fd/OgnCnrmYN5MQ=; b=r07kVCLCAsyYr7e0mstdVDGX0oTYSURmfBjXkAswqIKZ5oY5QxHJqbpPgFGBxYJ9mPIPEk1YGkPlfzCngexfRn7VnV25IeQ3092KMDmqRjgNadYNTbSGCYEJTFcHJ8C2yN Cmx9J5/6nBcS+HQJ2sZN47b+GINW30tB6o31w=

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=1e100.net; s=20221208; t=1685380011; x=1687972011; h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:x-gm-message-state:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to; bh=hdQw6f/OPd0W0KwPE01PPFmJb1S0fd/OgnCnrmYN5MQ=; b=BWcmm8d14wFzmsCKHPU98eBY2Hv8Tt2IH+i6+1DTaux8WJU6qWYCT0jjjwC4x08gf7xJfjriQW0iIbHm0oWr4A7coeHaSfrXPz7mnv7HpP0y0AhusgfltdKzqECMzqtzdvaAaHTSf0kxpGnffM0ZgCCFFQ8ZdJrjMh/vwu79/TUDsav+p97yEMvtd4gwqg8IKFTSpu1018DFUzaPQ4Tum10AjaJ50Zi9MimlbGy7HvkHTx34rB9/3tcPbDy1DsetEVeZPYp040lyVgrKGAPGN20xY3SrrCqLWBZFOFRTAJC6TTAR/iWH5TL0KK1N1LQ+yLYgY9NNghHPOVyii05FyQ=

X-Gm-Message-State: AC+VfDwdu3AqkqZJWXAD8Bu6MZ0goUcqsantvklRm38ZdbGO5EhZRBG4V+278Zbkda6J30yOmeg7UdECwCYN/ocGIEU49BZRgPf2xC3pkMET

X-Google-Smtp-Source: ACHHUZ51RsjU8NNjofcZnYtFPUSL16B5IMq2fheiUy39zq6fgh11Fbk3TlboICtR3QIPEa1Kam9kDo2B9nyrbo3aSKI=

X-Received: by 2002:a25:2f88:0:b0:bad:68a:35f4 with SMTP id v130-20020a252f8800000b0bad068a35f4mr10740504ybv.40.1685380008690; Mon, 29 May 2023 10:06:48 -0700 (PDT)

MIME-Version: 1.0

From: =?UTF-8?B?Q290Yc0nw7V1cyBJR0gvR08=? <cotacoes.go@igh.org.br>

Date: Mon, 29 May 2023 14:06:33 -0300

Message-ID: <CAMGVTFw03Pf5yQW0V_cve4XcB188-rvxhd=NSJ-jsVxW4Wzcg@mail.gmail.com>

Subject: =?UTF-8?Q?Pedido_de_cota=C3=A7=C3=A3o_2D_Engenharia_C1=C3=ADnica=?

To: Cotacoes Goiania <cotacoes.go@igh.org.br>

Content-Type: multipart/mixed; boundary="000000000000bc69d005fcd81c5a"

BCC: daniel@flexmundi.com

Return-Path: cotacoes.go@igh.org.br

X-EOPAttributedMessage: 0

X-EOPTenantAttributedMessage: 7cc3faf1-737e-4245-b971-cc695aa4640a:0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: BN1NAM02FT025:EE_|SCZP215MB2055:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: adefc416-5c3f-45a8-4196-08db606718ed

Final-Recipient: rfc822;daniel@flexmundi.com

Action: failed

Status: 5.1.10

Diagnostic-Code: smtp;550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound; Recipient daniel@flexmundi.com not found by SMTP address lookup

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Cotações IGH/GO" <cotacoes.go@igh.org.br>
To: Cotacoes Goiania <cotacoes.go@igh.org.br>
Cc:
Bcc: Idaniel@flexmundi.com
Date: Mon, 29 May 2023 14:06:33 -0300
Subject: Pedido de cotação - Engenharia Clínica
Prezado(a), bom dia!

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH torna público para conhecimento dos interessados, que irá realizar **Processo de Cotação** objetivando a contratação de empresa para a prestação dos serviços a seguir discriminados, a serem realizados na unidade de saúde administrada pelo Instituto no Estado de Goiás abaixo indicada.

1) HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER - HEMU, com Sede na Avenida Perimetral - Setor Oeste, S/N , CEP: 74125-120, Goiânia/GO
- CNPJ: 11.858.570/0002-14

2) HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - HEMNSL, com sede na Rua 230, s/n, Setor Vila Nova, Goiânia - GO -
CEP: 74.640-210 - CNPJ: 11.858.570/0005-67

3) HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA - HEAPA, com Sede na Avenida, Diamantes, Quadra 2A, Setor Condomínio dos Arcos, Aparecida de Goiânia - GO, CEP.: 74.949-210 - CNPJ: 11.858.570/0004-86

Objeto: Prestação do serviço de engenharia clínica, conforme especificações contidas em documento anexo.

Para tal solicitamos o envio dos seguintes documentos:

- 1) Proposta assinada com os devidos valores;
- 2) Certidões negativas de débitos (FEDERAL, ESTADUAL SEFAZ GO, MUNICIPAL, FGTS e CNDT);
- 3) Cartão CNPJ;
- 4) Contrato social;
- 5) Documentos técnicos relacionados ao objeto.

Período de vigência do contrato: 12 meses

Data de encerramento para recebimento de propostas: 05/06/2023.

Atenciosamente,

Instituto de Gestão e Humanização - IGH
Gerência de Compras | Matriz

 Termo de Referencia Unificado - Engenharia Clínica.pdf
6332K

7 de junho de 2023 às 16:03

Luiz Carlos Hernandez <neocareservsp1@gmail.com>
Para: cotacoes.go@igh.org.br

Conforme falado por telefone, fomos informados que não seria necessário enviar proposta, uma vez que já estamos prestando esse serviço e temos intenção de continuar com a parceria.

caso seja estritamente necessário enviar proposta, favor informar

Luiz Carlos

De: Cotações IGH/GO <cotacoes.go@igh.org.br>
Date: seg., 29 de mai. de 2023 às 14:06
Subject: Pedido de cotação - Engenharia Clínica
To: Cotacoes Goiania <cotacoes.go@igh.org.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Eng^o Renata Vila Verde
Engenheira Clínica NeoCare - Goiás
Telefone: +55 (62) 9 8551-0751
e-mail: neocare.engclin@gmail.com
NEOCARE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-ME - CNPJ: 19.454.585/0001-48
Av. Tancredo Neves, 1632, Ed. Salvador Trade Center,
Torre Sul, Salas: 505, 506, 1609 e 1609
Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-020

 Termo de Referencia Unificado - Engenharia Clínica.pdf
6332K

COTAÇÃO DE PREÇO

Nº20232905C014IGH-GO

Aviso disponibilizado no link: <https://www.igh.org.br/hmi-atos-convocatorios-compras/>

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, torna público que irá realizar **Processo de Cotação** objetivando a contratação de empresa para a prestação dos serviços a seguir discriminados, a serem realizados no **Hospital Estadual da Mulher - HEMU**, com Sede na Avenida Perimetral - Setor Oeste, S/N, CEP: 74125-120, Goiânia/GO - CNPJ: 11.858.570/0002-14; **Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL**, com sede na Rua 230, s/n, Setor Vila Nova, Goiânia - GO - CEP: 74.640-210 - CNPJ: 11.858.570/0005-67; **Hospital Estadual de Urgência de Aparecida de Goiânia - HEAPA**, com Sede na Avenida. Diamantes, Quadra 2A, Setor Condomínio dos Arcos, Aparecida de Goiânia - GO, CEP: 74.949-210 - CNPJ: 11.858.570/0004-86.

Objeto: Prestação de serviço de engenharia clínica, conforme especificações contidas em documento em anexo.

Período de vigência do contrato: 12 meses

Data de encerramento para recebimento de propostas: 05/06/2023.

As cotações deverão ser direcionadas ao e-mail cotacoes.go@igh.org.br, contendo as seguintes informações: Nome comercial da empresa, CNPJ, Endereço, Contato da área comercial, E-mail, Telefone, Descrição do objeto, Valor expresso em reais, incluindo frete (CIF), Prazo de Entrega, Prazo de Garantia do Serviço, Prazo de Pagamento, Pagamento – mediante crédito em conta bancária (Pessoa Jurídica) de titularidade do Contratado.

Eventuais questionamentos e solicitações também deverão ser remetidos ao endereço eletrônico acima indicado.

Goiânia/GO, 29 de maio de 2023.

Gerência de Compras IGH

Tiago
Bispo

Assinado de forma
digital por Tiago
Bispo
Data: 2023.05.29
11:59:21 -03'00'



Atos convocatórios concernentes às alienações, aquisições de bens, contratações de obras e serviços e seus respectivos resultados

HOME /

ATOS CONVOCATÓRIOS CONCERNENTES ÀS ALIENAÇÕES, AQUISIÇÕES DE BENS, CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS E SEUS RESPECTIVOS RESULTADOS

Esta seção permite ao cidadão acessar as informações produzidas e/ou custodiadas pela (o) **HEAPA - Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada**, garantindo o direito constitucional de acesso à informação, regulamentado pela Lei Federal nº 12.527/2011, e, em âmbito estadual, pela Lei nº 18.025/2013, pela Lei nº 15.503/2005, pelo Decreto nº 7.904/2013 e pela Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Compras/Contratos

Atos convocatórios concernentes às alienações, aquisições de bens, contratações de obras e serviços e seus respectivos resultados

Tomada de preço

Cotação de Preço Unificada N° 20232905C014IGH-GO – Engenharia Clínica

- Cotação de Preço Unificada N° 20232905C014IGH-GO – Edital
- Cotação de Preço Unificada N° 20232905C014IGH-GO – Edital
- Cotação de Preço Unificada N° 20232905C014IGH-GO – Termo de Referência

Cotação de Preço N° 20232905C015IGH-GO – Locação e manutenção de perfurador

Tomada de Preço Emergencial N° 2023265EM37937HEAPA – Material Médico

Privacidade - Termos

Aparecida de Goiânia, 05 de junho de 20223

Proposta de Preços de Serviço de Engenharia Clínica

A empresa **SXMEDIC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**, vem apresentar nossa proposta de preço conforme solicitado do Instituto de Gestão e Humanização – IGH realiza Processo Seletivo objetivando a Contratação de Empresa especializada em engenharia clínica, serviços esses a ser realizado na unidade hospitalares

DADOS DO PROPONENTE:

Razão Social da Participante: **SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 29.562.894/0001-95

Endereço: Rua dos Pinheiros QD 11 LT 09, SN, GALPAO 01, Parque Primavera

Cidade de Aparecida de Goiânia – GO, CEP 74913-140

Telefone: (62) 3273-6106

E-mail: comercial@spectrumhospitalar.com.br

Registro CREA – GO da Empresa: 26936/RF

Registro CREA – GO do Engenheiro Responsável: 1018904700AP-GO

Autorização da ANVISA: 8.19.191-1 (3HX1WL52340X)

DADOS BANCÁRIOS:



BANCO DO BRASIL | AGENCIA: 8087-X | CONTA CORRENTE: 2978-5

Ao,

Instituto de Gestão e Humanização

Gerência de Compras IGH

E-mail: cotacoes.go@igh.org.br

COTAÇÃO DE PREÇO Nº20232905C014IGH-GO

Contratação de empresa para a prestação dos serviços de engenharia Clínica, a serem realizados no Hospital Estadual da Mulher - HEMU, com Sede na Avenida Perimetral - Setor Oeste, S/N, CEP: 74125-120, Goiânia/GO - CNPJ: 11.858.570/0002-14; Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL, com sede na Rua 230, s/n, Setor Vila Nova, Goiânia - GO - CEP: 74.640-210 - CNPJ: 11.858.570/0005-67; Hospital Estadual de Urgência de Aparecida de Goiânia - HEAPA, com Sede na Avenida. Diamantes, Quadra 2A, Setor Condomínio dos Arcos, Aparecida de Goiânia - GO, CEP: 74.949-210 - CNPJ: 11.858.570/0004-86.

Sendo que os serviços abaixo estão relacionado e serão executados mensalmente, conforme descritivo abaixo.

- Inventário e cadastro do parque de equipamentos dos hospitais.
- Elaboração de controle de inspeção preventiva dos equipamentos médicos hospitalares
- Manutenção preventiva dos equipamentos pertencentes ao parque tecnológico.
- Emissão de relatórios de manutenção preventiva dos equipamentos médicos.
- Emissão de relatório de manutenção corretiva dos equipamentos médicos.
- Emissão de relatório técnico de manutenção corretiva em formato de ordem de serviços.
- Elaboração de cronograma anual de calibração.
- Calibração dos equipamentos pertencentes ao parque tecnológico e emissão do certificado correspondente.
- Validação dos equipamentos de autoclave.
- Implantação de sistema informatizado para gestão do parque tecnológico.
- Assessoramento no processo de incorporação tecnológico, aquisições e/ou substituição de equipamentos e acessórios.
- Suporte na instalação de novos equipamentos ou mudanças de setores.
- Assessoria em processos de acreditação hospitalar.
- Anotações de responsabilidade técnicas do contrato
- Acompanhamento dos serviços executados por terceiros.

Health Care Service

- Implementação de um programa de gerenciamento e supervisão para o serviço de manutenção
- Treinamento de pessoal pra o uso adequado dos equipamentos.
- E as demais demandas previstas no termo de referência do processo seletivo.
- Nos responsabilizamos pelo fornecimento de todo o instrumental, equipamentos de proteção individuais (EPI's), ferramentas e mão de obra especializada e necessária para a execução dos serviços

Não estão inclusos na proposta os serviços a abaixo.

- Manutenção nos equipamentos de imagem.
- Peças de reposição e acessórios.
- Laudos dos sistemas de aterramento, para raio x, água potável e outros.
- Serviços de redes gases medicinais.

Disponibilizamos para execução dos serviços os seguintes profissionais técnicos e administrativos capacitados e treinados para exercer as atividades acima discriminadas conforme abaixo.

- Engenheiro eletricista com especialidade em engenharia clínica.
- Engenheiro Mecatrônico com especialidade em engenharia clinica
- Técnicos em eletrônica e eletricista com experiencia na aérea hospitalar.

A Contratada será responsável por implantar, planejar e gerenciar os EMHs, garantindo qualidade, segurança, eficiência e suporte adequado a realização de procedimentos que envolvem tecnologia com o objetivo final de contribuir para a melhoria direta no atendimento, e pela execução dos serviços corretivos de baixa e média complexidade, que são caracterizados por não exigirem conhecimento do projeto de fabricação do equipamento, não exigirem conhecimento ou mão-de-obra especializada de fábrica e somente exigirem a substituição de peças/acessórios disponíveis ou que possam ser encontrados no mercado.. Disponibilizar toda o ferramental, equipamentos e/ou instrumental elétricos, mecânicos e eletrônicos de testes e aferição que se façam necessários para execução do serviço contratado.

Disponibilizamos 01 (um) unidade de microcomputador, configurado com todos os periféricos necessários para atender as rotinas administrativas para cada hospital,

Manter controle de frequência de seus empregados no local de trabalho, o qual será visado pelo representante da contratada.

A empresa SXmedic e responsável pelos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e demais outros que houver, durante da execução do Contrato.

Contratante: Obrigações – efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido. Disponibilizar espaço físico com infraestrutura necessária a implantação do serviço de engenharia clínica, com ramal de telefone interno e uma linha externa com possibilidade de DDD. Designar um profissional para fiscalização do contrato bem com controle de frequência dos funcionários da contratada.

Declaramos que para os devidos fins que temos total conhecimento dos termos do edital e seus anexos.

Relação dos Engenheiros

Engenheiro Eletricista com especialidade em engenharia clínica

Eunivaldo Voltilim S. Filho – CREA: 1018904700/D-GO

Engenheiro Mecatrônica com especialidade em engenharia clínica

Weeber de Sá – CREA: 19714/D-GO

Engenheiro Eletricista com especialidade Engenharia Eletrônica

Marcos Rogério Bertolini - CREA-MG 63.399/D

Relação dos Técnicos:

Técnico em Eletrônica

Wender de Sá – CRT 01 - 2305435860

Técnico em Eletrotécnico

Thassio André Miranda da Silva

Técnico em Eletrônica

Vinicius Flauzino Chaves – CRT 01 - 61330697

ITEM	QTD	MES	DESCRIPTIVO	VALOR UNITARIO MENSAL	VALOR TOTAL MENSAL
01	12	MES	Prestação de Serviço de engenharia Clinica pelo período de 12 (doze) meses, Hospital Estadual da Mulher – HEMU.	R\$. 95.000,00 (Noventa e cinco Mil Reais)	R\$. 95.000,00 (Noventa e cinco Mil Reais)
01	12	MES	Prestação de Serviço de engenharia Clinica pelo período de 12 (doze) meses, Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL	R\$. 35.000,00 (Trinta e cinco Mil Reais)	R\$. 35.000,00 (Trinta e cinco Mil Reais)
03	12	MES	Prestação de Serviço de engenharia Clinica pelo período de 12 (doze) meses, Hospital Estadual de Urgência de Aparecida de Goiânia - HEAPA	R\$.118.000,00 (Cento e Dezoito Mil Reais)	R\$.118.000,00 (Cento e Dezoito Mil Reais)

Valor Total da Proposta Mensal das	R\$. 248.000,00 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil Reais)
------------------------------------	---

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:
Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias após a sua apresentação


Condição de Pagamento: Mediante Contrato (Pgto. Mensal), 20 (vinte) após emissão da nota fiscal

Prestação dos serviços: Imediato após a assinatura do contrato.

Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.

MODALIDADE: Serviços de Engenharia Clinica para EMHs.

Atenciosamente,


SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Marlene Moreira Luz – Departamento de Vendas

[29.562.894/0001-95]
**SPECTRUM MEDIC COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA**

Rua dos Pinheiros, s/nº Qd. 11 Lt. 09

Galpão 01 - Parque Primavera

CEP: 74.913-140

[APARECIDA DE GOIÂNIA - GO]

Aparecida de Goiânia, 16 de maio de 2023.

TERMO DE REFERÊNCIA ENGENHARIA CLÍNICA – HEAPA

(Procedimentos Técnico e Memorial Descritivo)

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH realiza **Processo Seletivo** objetivando a Contratação de Empresa especializada em engenharia clínica, serviços esses a ser realizado na unidade hospitalar denominada:

✓ **Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada – HEAPA**

Localizado na Av. Diamante, Setor Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia - GO, 74969-210;

1. OBJETO

1.1 O objeto desta convocação é a Contratação de Empresa especializada em engenharia clínica para o Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada – HEAPA.

1.2 Os serviços a serem executados deverão observar as normas exigidas pelos fabricantes dos equipamentos e estrita obediência às especificações deste Termo, não podendo, sob hipótese alguma, serem executados de forma distinta.

1.3 Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, mantendo os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o IGH;

1.4 Deverá ser providenciado junto ao CREA as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica: ART relativa aos serviços objeto e a ART relativa ao cargo/função do engenheiro responsável na unidade hospitalar, de acordo com a legislação vigente;

1.5 A estratégia de execução consistirá em:

I - Atender aos Pedidos de Intervenção em equipamentos médicos no prazo máximo de 01 (uma) hora corrida (aplica-se também aos chamados noturnos, em finais de semana e em feriados);

II - Elaboração de um cadastro informatizado para todos os equipamentos da unidade em software apropriado para gestão de equipamentos médico-laboratoriais. Esse cadastro deverá conter informações de identificação do equipamento, sua condição e sua localização. Disponibilizar para abertura de chamados e acesso ao histórico dos equipamentos, login e senha para cada setor do HEAPA conforme necessidade e para o Conecta SUS;

III - Apresentação de relatórios, conforme modelo definido pelo CONTRATANTE e disponibilizar cópia eletrônica e cópia impressa devidamente assinada pelo Engenheiro Responsável, com a apresentação dos itens sugeridos abaixo:

2. MENSALMENTE

- 2.1 Quantitativo de Ordens de Serviço Corretivas e Preventivas no período;
- 2.2 Gráfico de Tendência indicando o percentual de manutenções preventivas realizadas X planejadas, com análise de resultados;
- 2.3 Gráfico de Tendência indicando o percentual de manutenções corretivas realizadas X solicitadas, com análise de resultados;
- 2.4 Quantitativo de manutenções preventivas realizadas em comparação com as programadas;
- 2.5 Pendências, as razões de sua existência e as que dependam de solução por parte do CONTRATANTE;
- 2.6 Indicação dos custos dos serviços realizados;
- 2.7 Andamento do Programa de Manutenção Preventiva;
- 2.8. Outras considerações pertinentes aos serviços executados, incluindo falta de energia, falha da rede de gases, e outras direta ou indiretamente relacionadas ao bom funcionamento dos equipamentos médico-hospitalares;
- 2.9 Atividades gerenciais realizadas ou programadas;
- 2.10 Problemas operacionais para realizar as atividades do Contrato;
- 2.11 Apresentação de dados referentes aos indicadores de monitoramento do processo, definidos e no padrão estabelecido pelo CONTRATANTE;

3. ANUALMENTE

- 3.1 Relatório detalhado sobre a situação da Engenharia Clínica no CONTRATANTE, detalhando as informações quantitativas e qualitativas relativas às manutenções preventivas, corretivas, calibrações e testes de segurança elétrica, bem como, custo envolvendo manutenções e calibrações e qualquer outro aspecto que o CONTRATANTE considere pertinente ou necessário;

4. OBRIGAÇÕES

- 4.1 A Contratada será responsável por implantar, planejar e gerenciar os **EMHs**, garantindo qualidade, segurança, eficiência e suporte adequado a realização de procedimentos que envolvem tecnologia com o objetivo final de contribuir para a melhoria direta no atendimento, e pela execução dos serviços corretivos de baixa e média complexidade, que são caracterizados por não exigirem conhecimento do

projeto de fabricação do equipamento, não exigirem conhecimento ou mão-de-obra especializada de fábrica e somente exigirem a substituição de peças/acessórios disponíveis ou que possam ser encontrados no mercado.

4.2 A contratada manterá em dias úteis no HEAPA por período integral, e para período noturno, feriados e finais de semanas em regime de sobreaviso, profissionais qualificados e com registro no CREA-GO para a execução das manutenções preventivas, preditivas, corretivas, e demais atividades descritas no Plano de Manutenção;

4.3 A proponente deverá apresentar ao CONTRATANTE, trimestralmente, uma planilha com quantitativo para os consumíveis e acessórios, necessários ao bom funcionamento dos equipamentos. Esse procedimento possibilitará a CONTRATANTE realizar a aquisição dos mesmos mediante realização de Processo Seletivo. O prazo para implementação de todas as atividades referentes à Execução de Corretivas é imediatamente após a assinatura do Contrato.

4.4 A proponente deverá elaborar um plano de calibração para instrumentos considerados críticos (todos cuja legislação vigente obrigue ou recomende. Devem ser objeto desse item, aqueles equipamentos que as boas práticas de Engenharia recomendem) pelo CONTRATANTE. Toda calibração realizada deve gerar um documento denominado "Certificado de Calibração" com no mínimo as seguintes informações: número do certificado; data da calibração; código do equipamento/instrumento; código do padrão de referência; indicação de no mínimo 03 leituras, comparando com as leituras do padrão; indicação do erro da leitura, indicação da incerteza da leitura, indicação do Técnico responsável pela execução da calibração e indicação do Engenheiro responsável pela equipe técnica;

4.5. Deverá ser executada a qualificação dos equipamentos conforme manuais e/ou a resolução ANVISA - RDC.

4.6 Todos os padrões (simuladores e analisadores) utilizados para calibração dos equipamentos/instrumentos do CONTRATANTE deverão ser devidamente calibrados em laboratórios acreditados pelo INMETRO, quando não for possível, rastreados pela RBC (Rede Brasileira de Calibração), devendo a proponente manter as cópias dos Certificados de Calibração desses padrões disponíveis para verificação do CONTRATANTE. Os procedimentos de calibração deverão seguir os requisitos da norma *NBR ISO 17.025*;

4.7 A CONTRATADA deve apresentar procedimentos técnicos desenvolvidos com

base em normas nacionais, manuais dos fabricantes, descrevendo a sistemática para calibração periódica de cada tipo de equipamento/instrumento contido na relação de equipamentos/instrumentos críticos (todos cuja legislação vigente obrigue ou recomende).

4.8 Cabe a Contratada disponibilizar, conforme solicitação da unidade hospitalar, os equipamentos padrões de teste, com calibração válida e rastreáveis à RBC, necessários para realizar manutenções, validações ou calibrações.

4.9 A Contratada se obrigará pelo fornecimento de todo o instrumental, equipamentos de proteção individuais (EPI's), ferramentas e mão de obra especializada e necessária para a execução dos serviços.

4.10 A Contratada deverá utilizar *software* específico para gestão de engenharia clínica com todos os indicadores comuns à área (Tempo de resposta, índice de quebra, tempo médio entre falhas, etc.) indicado pela contratante.

4.11 A Contratada deverá realizar um cadastro informatizado de todos os equipamentos médico-hospitalares da unidade e atualizá-los diariamente.

4.12 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva abrangerá todos os elementos do(s) equipamento(s), que será minuciosamente averiguado e regulado, e quando verificados defeitos, **deverão ser substituídos seus acessórios ou peças, mesmo que não constem neste Termo de Referência;**

4.13. Deve existir Procedimento Operacional Padrão (POP) desenvolvido com base em normas nacionais, manuais dos fabricantes, descrevendo a sistemática para manutenção preventiva de cada tipo de equipamento. Estes POPs deverão ser entregues em até 90 (noventa) dias da assinatura do contrato.

4.14 As Manutenções Preventivas deverão ser realizadas periodicamente nos equipamentos relacionados e de acordo com um cronograma anual elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela fiscalização do contrato. A periodicidade das Manutenções Preventivas deverá obedecer às recomendações técnicas do fabricante dos equipamentos.

4.15 Desenvolver e implantar um Plano Anual de Manutenção Preventiva, Calibração, Teste de Segurança Elétrica e de Qualificação, de modo a estabelecer uma revisão frequente dos sistemas de medidas e desempenhos no intuito de garantir que os equipamentos médico-assistenciais sejam utilizados dentro de sua normalidade de operação, atendendo plenamente as funções especificadas pelo fabricante e garantindo a confiabilidade e segurança de pacientes e operadores.

4.16 Assessoramento a CONTRATANTE na aquisição e instalação de novos equipamentos, os quais integrarão o rol de equipamentos a serem assistidos pela CONTRATADA sem acréscimo de custos.

4.17 Assegurar e cumprir todas as solicitações do CONTRATANTE no que tange o processo de acreditação (ONA).

- ✓ Participação nos treinamentos, educações permanentes e reuniões;
- ✓ Elaboração de Procedimentos Padrão e Sistêmico (POP, OS, IT e PS);
- ✓ Atender aos procedimentos internos da unidade;
- ✓ Realizar os serviços descritos no Plano de Trabalho bem como eventuais demandas, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência;
- ✓ Garantir treinamento periódico para toda a sua equipe apresentando cronograma semestral à CONTRATANTE, para garantir a prestação de serviços adequada;
- ✓ Fornecer, às suas expensas, materiais e equipamentos de proteção individual aos funcionários dentro da sua coordenação, com exceção das demandas que advirem do CONTRATANTE e os ligados diretamente à assistência (luvas de procedimentos, etc.);
- ✓ Garantir mão de obra qualificada, habilitada e compatível com o grau de especialização do serviço, conforme Regimento Interno da CONTRATANTE e normas vigentes;

5. JUSTIFICATIVA

5.1 O IGH – gestor dos hospitais relacionados neste termo, possui uma estrutura tecnológica diversificada para suportar a complexidade do atendimento aos pacientes.

5.2 A tecnologia instalada, além de complexa, prioriza a qualificação e expansão dos serviços assistenciais, e requer, assim, conhecimentos específicos para o seu gerenciamento e manutenção do parque tecnológico.

5.3 A execução dos serviços de manutenção contínua e ininterrupta dos diversos sistemas, equipamentos e instalações do IGH – gestor dos hospitais listados é

imprescindível para a preservação e conservação das características de funcionamento, segurança, higiene e dos equipamentos médico-hospitalares, buscando a maior economicidade e o menor impacto ambiental possível.

5.4 O IGH – gestor do hospital supracitados, utiliza vários sistemas, equipamentos e instalações que apresentam particularidades e que, por este motivo, exigem conhecimentos técnicos especializados em engenharia, operação e manutenção, de forma a garantir seu perfeito funcionamento.

5.5 A execução dos serviços de manutenção contínua e ininterrupta nos equipamentos médico-hospitalares (EMHs) do IGH – gestor dos hospitais supracitados é imprescindível para o funcionamento desses dentro dos padrões de segurança estabelecidos por diversos organismos nacionais e internacionais e parâmetros definidos pelos fabricantes, garantindo a qualidade, a eficácia, a efetividade e a segurança dos serviços prestados, minimizando riscos e custos intrínsecos, bem como buscando a maior economicidade e o menor impacto ambiental possível. Além da necessidade de constante manutenção preventiva, posto que tais equipamentos necessitam com frequência da manutenção corretiva para sanar defeitos imprevisíveis por quaisquer causas.

5.6. Assim, faz-se necessário o apoio contínuo de uma equipe especializada em manutenção de equipamentos médico-hospitalares, para melhor utilização desta estrutura tecnológica, tanto do ponto de vista de operacionalização quanto de otimização de atendimento.

5.7 A contratação em tela visa a observação das implantações das diretrizes de acordo com a resolução **RDC/ANVISA**, que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (**EAS**), e também nas orientações técnicas conforme a norma **NBR/ABNT** que dá as diretrizes para um programa de gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de serviços de Saúde e de equipamentos para a Saúde.

5.8 Para oferecer suporte e melhorias ao parque tecnológico instalado nas instituições e para atender todos os requisitos da RDC e NBR, tanto no quesito técnico quanto no administrativo, é fundamental a estruturação do **Setor de Engenharia Clínica**. Este setor estaria voltado a implantar, planejar e gerenciar os **EMHs**, garantindo qualidade, segurança, eficiência e suporte adequado a realização de procedimentos que envolvem tecnologia com o objetivo final de contribuir para a melhoria direta no atendimento à população. Este tipo de serviço é comum e essencial em vários **EAS** públicos ou privados do Brasil e do Mundo.

5.9. Com isso, o IGH – gestor dos hospitais supracitados – almeja a contratação de empresa especializada na gestão e operação integrada de **EMHs**, visando assegurar dentre outros benefícios:

I - Celeridade no reparo de equipamentos com reposição de peças e acessórios quando necessário, reduzindo o tempo de espera para realização de atendimento, consultas, exames e procedimentos ocasionados pela indisponibilidade deste;

II - Maior qualidade e presteza no atendimento, provendo desta forma a satisfação e segurança do usuário, agregando economia nos processos de trabalho;

III - Histórico de manutenção dos equipamentos, contemplando custos, de modo a respaldar as decisões da Diretoria quanto à incorporação tecnológica e descarte por obsolescência;

IV - Criação de indicadores gerenciais para monitorar os trabalhos de gestão de equipamentos e viabilizar os ajustes necessários;

V - Cumprimento à RDC/ANVISA, que determina a rastreabilidade dos processos que envolvam tecnologias em saúde, bem como à ABNT NBR, que dispõe sobre as diretrizes para um programa de gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de serviços de saúde e de equipamentos para a saúde;

VI - Calibrações de acordo com o previsto pelo fabricante e determinado pelas normas que regem grupos de **EMHs** para garantir a confiabilidade dos diagnósticos e procedimentos médicos, aumentando, assim, a segurança dos pacientes e diminuindo os riscos envolvidos e eventos adversos;

VII - Treinamento do corpo clínico para minimizar problemas nos equipamentos por mau uso ou imperícia.

Ainda sobre a manutenção hospitalar:

5.10 O hospital é uma entidade destinada a assistir pessoas, a prevenir doenças, a tratar e reabilitar paciente e elevar o padrão profissional. Tais variadas atividades requerem específicas instalações.

5.11 Por isso o hospital é considerado uma das instituições mais completas, tanto sob o ponto de vista arquitetônico, de engenharia, de instalações, de equipamentos, como de tecnologia e de administração.

5.12 Seus equipamentos, aparelhos, instalações e suprimentos são de uso contínuo e

constante. Devem estar prontos, disponíveis a postos, para uso imediato, durante vinte e quatro horas por dia. Interrupção durante um procedimento ou retardo em sua disponibilidade podem levar a desfechos graves e mesmo fatais.

5.13 A manutenção de um hospital é diversificada e progressivamente mais dependente de controles bem elaborados. A previsão e detecção precoce de falhas ou defeitos coíbem interrupções e interdições evitáveis, além de mobilização e dispêndios desnecessários.

5.14 A manutenção encontra-se intimamente relacionada à eficiência operacional, tanto mais quanto mais vulnerável for o equipamento, a instalação ou o procedimento. Sabe-se que não existe nenhum outro entorno, equipamento, máquina, aparelho ou instalação que não requeira certo grau de manutenção ou não esteja sujeito à fadiga ou a limitação da vida útil, advindo a importância de uma manutenção programada, sistemática, efetiva, responsável e vigilante.

5.15 A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde e aprova o regulamento técnico que estabelece os requisitos mínimos para o Gerenciamento de Tecnologias em Saúde em estabelecimentos de saúde.

5.16 O regulamento possui o objetivo de estabelecer os critérios mínimos, a serem seguidos pelos estabelecimentos de saúde, para o gerenciamento de tecnologias em saúde utilizadas na prestação de serviços de saúde, de modo a garantir a sua rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade e segurança e, no que couber, desempenho, desde a entrada no estabelecimento de saúde até seu destino final, incluindo o planejamento dos recursos físicos, materiais e humanos, bem como, da capacitação dos profissionais envolvidos no processo destes.

5.17 Ainda, segundo o regulamento técnico, aprovado pela RDC, os estabelecimentos de saúde devem elaborar e implantar Plano de Gerenciamento para os produtos para saúde, incluindo equipamentos de saúde.

5.18 Dentro de suas competências e atribuições e visando à segurança e eficiência das instalações tecnológicas do IGH – gestor dos hospitais supracitados, a Superintendência apresenta proposta para a contratação da prestação dos serviços visando à execução das atividades de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, de forma ininterrupta e continuada, com disponibilidade de serviços em regime de sobreaviso, prezando pela economicidade dos investimentos, a segurança e conforto

dos usuários, das instalações e sistemas médico-hospitalares.

6. REQUISITOS

6.1 A Proponente deverá indicar em sua proposta:

- ✓ Engenheiro com pós-graduação em engenharia clínica ou graduado em Engenharia Biomédica, com comprovação através de assinatura de carteira de trabalho com a Proponente.
- ✓ Técnicos com registro no CREA, com comprovação através de assinatura de carteira de trabalho com a Proponente, com experiência mínima de 01 (um) ano em manutenção de equipamentos médico-hospitalares comprovado em carteira profissional;
- ✓ Prestação de serviços em tempo integral.

7. RECURSOS HUMANOS

1. O quantitativo e qualificação dos profissionais a serem disponibilizados, ressaltando, a exclusiva responsabilidade do PROPONENTE em relação à responsabilidade trabalhista e previdenciária.

8 CUSTOS E DESPESAS

1. Devem estar contidas no preço todas as despesas com folha de pagamento, impostos, taxas, encargos sociais, insumos, materiais, e demais despesas administrativas com exceção da energia elétrica e consumo de água.

9. VISITA TÉCNICA

1. Será necessário para melhor instrução e elaboração da proposta, eis que será disponibilizado parque tecnológico da unidade.

10. QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS

10.1 Os equipamentos significativos que ficarão sob responsabilidade da CONTRATADA são os constantes do anexo III;

10.2 A lista não é exaustiva e leva em consideração apenas os equipamentos considerados de alta essencialidade. Mas toda a tecnologia hospitalar ficará sob a gestão da CONTRATADA e a ela será aplicada todas as nuances desse Termo de Referência.

10.3 Toda tecnologia médica e equipamentos que por ventura forem incorporados ao parque tecnológico da unidade **terão sua gestão e manutenção anexada ao escopo de atuação da CONTRATADA, sem reajuste de valores.**

11. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO:

Segurança, higiene e medicina do trabalho

11.1 Fica estabelecido que é de responsabilidade da CONTRATADA:

- a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;
 - ✓ Carteira de vacinação
 - ✓ Evidências educação continuada
 - ✓ Sapato de segurança com CA (certificado de aprovação)
 - ✓ PPRA;
 - ✓ PCMCO;
 - ✓ Ficha de EPI.
- b) Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho.

11.2. A CONTRATADA é obrigada a fiscalizar os colaboradores da sua instituição quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual adequado ao risco envolvido e em perfeito estado de conservação e funcionamento.

11.3 A CONTRATADA será responsabilizada por danos pessoais ou materiais havidos em consequência de erros, falhas ou negligências, por ação ou omissão no cumprimento dos regulamentos e determinações relativas à segurança em geral;

12. RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

12.1 Apresentar juntamente com a emissão da Nota Fiscal as evidências dos serviços prestados, tais como:

- ✓ Listagem de ordens de serviços;
- ✓ Listagem de manutenções corretiva, preventiva, preditiva e calibrações;
- ✓ Escala de trabalho.

13. INDICADORES DE DESEMPENHO

Os serviços serão avaliados por indicadores a serem definidos pelo CONTRATANTE e comunicados expressa e previamente à CONTRATADA;

Flávia Rosenberg
Diretor Geral – HEAPA

ANEXO I

LISTAGEM EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS HEAPA						
TAG	Nº de Série	Patrimônio	Equipamento	Modelo	Fabricante	Sector
HEAP A-0080	1337	00875343	AGITADOR DE TUBOS	BE 3600	BIO ENG	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
HEAP A-0068	09017550	00521753	AGLUTINOSCOPIO	SEM MODELO	FRESENIUS	AGENCIA TRANSFUSIONAL
HEAP A-1027	20-4093		ANALISADOR BIOQUIMICO	SELECTRA PRO M	ELITECH	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
HEAP A-0994	15569	PT. APIJÃ 0359	ANALISADOR HEMATOLOGICO	XN-350	SYSMEX	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
HEAP A-0122	DY-26001353	00781983	APARELHO DE ANESTESIA	WATO EX-30	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO
HEAP A-0147	DY-26001376	00781982	APARELHO DE ANESTESIA	WATO EX-30	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO
HEAP A-0132	DY-26001381	00781980	APARELHO DE ANESTESIA	WATO EX-30	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO
HEAP A-	DY-26001368	00781928	APARELHO DE ANESTESIA	WATO EX-30	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO



0138 HEAP A- 0162	DY- 26001357	00781979	APARELHO DE ANESTESIA	WATO EX-30	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0153	DY- 26001356	00781981	APARELHO DE ANESTESIA	WATO EX-30	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0022	50492	00762739	APARELHO DE HEMODIALISE	DIALOG+	B.BRAUN	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO
HEAP A- 0021	50527	00762738	APARELHO DE HEMODIALISE	DIALOG+	B.BRAUN	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO
HEAP A- 2076	0175		APARELHO DE RAIO-X FIXO	HF630M	LOTUS	IMAGENOLOGIA	LOCADO
HEAP A- 2132	0174		APARELHO DE RAIO-X FIXO	HF630M	LOTUS	IMAGENOLOGIA	LOCADO
HEAP A- 0897	00760021 42	00877167	APARELHO DE RAIO-X MOVEL	AQUILLA PLUS CM 330	VMI	IMAGENOLOGIA	PROPRIO
HEAP A- 0899	00760021 50		APARELHO DE RAIO-X MOVEL	AQUILLA PLUS CM 330	VMI	IMAGENOLOGIA	PROPRIO
HEAP A- 0898	00760021 61		APARELHO DE RAIO-X MOVEL	AQUILLA PLUS CM 330	VMI	IMAGENOLOGIA	PROPRIO
HEAP A- 0912	CI5010018 9	00703333	APARELHO DE ULTRASSOM	HD7	PHILIPS	IMAGENOLOGIA	PROPRIO



HEAP A- 2073			APARELHO DE ULTRASSOM PORTATIL	UMT-200	MINDRAY	IMAGENOLOGIA	PRÓPRIO
HEAP A- 0900	25015	00733340	ARCO CIRURGICO	SIREMOBIL COMPACT L	SIEMENS	IMAGENOLOGIA	PROPRIO
HEAP A- 0116	600174		ASPIRADOR CIRURGICO	CS-5000-E	KSS	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0128	GAF62083	00662562	ASPIRADOR CIRURGICO	DIAPUMP 089-R2D2	FANEM	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0160	GAR- 62113	00662467	ASPIRADOR CIRURGICO	DIAPUMP 089-R2D2	FANEM	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0163	GAF62146	00662558	ASPIRADOR CIRURGICO	DIAPUM	FANEM	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0133	600185		ASPIRADOR CIRURGICO	CS-5000-E	KSS	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0243	600184		ASPIRADOR CIRURGICO	CS-5000-E	KSS	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0175	600182		ASPIRADOR CIRURGICO	CS-5000-E	KSS	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A- 0972	600177	00537143	ASPIRADOR CIRURGICO	CS-5000-E	KSS	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO
HEAP	600173		ASPIRADOR CIRURGICO	CS-5000-E	KSS	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO



A-0176	HEAP	600167	00537158	ASPIRADOR CIRURGICO	CS-5000-E	KSS	ENFERMARIA	PROPRIO
A-0301	HEAP	600166	00537162	ASPIRADOR CIRURGICO	CS-5000-E	KSS	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO
A-0114	HEAP	600165	00537160	ASPIRADOR CIRURGICO	CS-5000-E	KSS	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
A-0148	HEAP	600164	00537165	ASPIRADOR CIRURGICO	CS-5000-E	KSS	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
A-0139	HEAP	06290506 4	00875363	AUTOCLAVE	HI VAC B.366.P	BAUMER	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	PROPRIO
A-0039	HEAP	06260506 3	00875362	AUTOCLAVE	HI VAC B.366.P	BAUMER	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	PROPRIO
A-0038	HEAP	777	00519640	AUTOCLAVE VERTICAL	CS	PRISMATEC	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
A-0084	HEAP	775	00519643	AUTOCLAVE VERTICAL	CS	PRISMATEC	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
A-0085	HEAP			BALANCA ANTROPOMETRICA	28010	INCOTERM	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO	PROPRIO
A-0999	HEAP							



			BALANCA ANTROPOMETRICA	MECANICA	MICHELETTI	TRABALHO	
HEAP A- 0321	84112201 4		BALANCA ANTROPOMETRICA			HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROPRIO
HEAP A- 0247	35663	00500835	BALANCA ANTROPOMETRICA	104 A	WELMY	NUTRIÇÃO	PROPRIO
HEAP A- 0050	101219	00662267	BALANCA ANTROPOMETRICA	110 CH	WELMY	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A- 0322	00709596	01144	BALANCA ANTROPOMETRICA	SEM MODELO	WELMY	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROPRIO
HEAP A- 0311	20151101 080F		BALANCA DIGITAL	HN-289	OMRON	NUTRIÇÃO	PROPRIO
HEAP A- 0092	2287	00521809	BANHO MARIA	EV-015-D	EVLAB	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0091	01146	00504497	BANHO MARIA	816	NOVA ETICA	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0145	AB060300 4	00877165	BISTURI ELETRICO	B-3600 SM	DELTRONIX	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0151	04747	00686490	BISTURI ELETRICO	SS-501S	WEM	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0034	AB060200 2	01040	BISTURI ELETRICO	B-3600 SM	DELTRONIX	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO

HEAPA

HOSPITAL ESTADUAL DE
APARECIDA DE GOIÂNIA
CAIRO LOUZADA



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HEAP	04737	00686491	BISTURI ELETRICO	SS-501S	WEM	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
A-0208							
HEAP	AB060200		BISTURI ELETRICO	B-3600 SM	DELTRONIX	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
A-0135	4						
HEAP	AB060200	00537795	BISTURI ELETRICO	B-3600 SM	DELTRONIX	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
A-0144	5						
HEAP	68985		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
A-0682							
HEAP	65313		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
A-0629							
HEAP	59206		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
A-0604							
HEAP	58591		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
A-0622							
HEAP	58590		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
A-0664							
HEAP	55193		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
A-0631							
HEAP	03457		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
A-0674							
HEAP	03455		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO



A-0650				ST550 T2	SAMTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA	COMODATO
HEAP A-0693	03226		BOMBA DE INFUSAO				
HEAP A-0602	95680		BOMBA DE INFUSAO		SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A-0679	95669		BOMBA DE INFUSAO		SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
HEAP A-0654	95660		BOMBA DE INFUSAO		SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
HEAP A-0647	95659		BOMBA DE INFUSAO		SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
HEAP A-0684	95657		BOMBA DE INFUSAO		SAMTRONIC	CENTRO CIRÚRGICO	COMODATO
HEAP A-0634	95655		BOMBA DE INFUSAO		SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A-0641	94285		BOMBA DE INFUSAO		SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A-0671	90911		BOMBA DE INFUSAO		SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
HEAP A-90906	90906		BOMBA DE INFUSAO		SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO

0632 HEAP A-	90448		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
0635 HEAP A-	90445		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
0638 HEAP A-	90436		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
0645 HEAP A-	90434		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
0658 HEAP A-	88944R/08		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
2066 HEAP A-	88800		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA	COMODATO
0696 HEAP A-	88778		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
0652 HEAP A-	88775		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
0611 HEAP A-	88758		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	CENTRO CIRÚRGICO	COMODATO
0685 HEAP A-	88737		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
0677							



HEAP A- 0673	88736		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
HEAP A- 0687	88730		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0642	88584		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 2064	86553R/08		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA	COMODATO
HEAP A- 2062	86542R/08		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
HEAP A- 0655	84040		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
HEAP A- 0662	84035		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
HEAP A- 0694	84023		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0651	84020		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
HEAP A- 2060	82205R/08		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA	COMODATO
HEAP	82173R/08		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA	COMODATO



A- 2058 HEAP A- 0688	81333	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA	COMODATO
HEAP A- 0657	81322	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
HEAP A- 0607	81297	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0639	81283	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0619	81278	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0695	81267	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0689	81242	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0616	81238	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0699	81185	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA	COMODATO
HEAP A- 0617	81175	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO



0663 HEAP A- 0623	81146		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0606	80089		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0672	79964		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
HEAP A- 0615	79419		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0609	78458		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0653	78390		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
HEAP A- 0608	78362		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0680	78351		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
HEAP A- 0697	78337		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
HEAP A- 0643	77486		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO



HEAP A- 0627	77483	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0698	76708	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA	COMODATO
HEAP A- 0621	76690	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0686	76675	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	CENTRO CIRÚRGICO	COMODATO
HEAP A- 0601	76610	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0691	76596	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0646	76594	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
HEAP A- 0656	76497	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
HEAP A- 0612	76494	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0681	76324	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
HEAP	76239	BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO



A-0665	HEAP	76219		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
A-0637	HEAP	76205		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
A-0610	HEAP	76204		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
A-0670	HEAP	76203		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
A-0667	HEAP	75886		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
A-0659	HEAP	75685		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
A-0690	HEAP	75547		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
A-0620	HEAP	75539		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
A-0683	HEAP	75530		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
A-0618	HEAP	75526		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO



0678 HEAP A- 0600	75512		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0675	75377		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
HEAP A- 0648	75371		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
HEAP A- 0633	75366		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0666	75361		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
HEAP A- 0660	75352		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
HEAP A- 0668	75328		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
HEAP A- 0603	75314		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0626	75301		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0625	75294		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO



HEAP A- 0640	75293		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0628	75288		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0676	75287		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO
HEAP A- 0613	75269		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0636	75263		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0649	75257		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO
HEAP A- 2063	75214R/08		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA	COMODATO
HEAP A- 2065	74592R/08		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA	COMODATO
HEAP A- 0692	74309		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP A- 0630	74246		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO
HEAP	72516R/08		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENGENHARIA CLÍNICA	COMODATO

A- 2057								
HEAP A- 2061	72500R/08		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO	
HEAP A- 2059	72492R/08		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO	
HEAP A- 0614	69011		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO	
HEAP A- 0644	65969		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO	
HEAP A- 0661	98181		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	PRONTO SOCORRO	COMODATO	
HEAP A- 0617	95700		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO	
HEAP A- 0669	95699		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	ENFERMARIA	COMODATO	
HEAP A- 0624	95698		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO	
HEAP A- 0605	95682		BOMBA DE INFUSAO	ST550 T2	SAMTRONIC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO	
HEAP A-	C0419N59 4G		BOMBA INJETORA	OPTIONE	LIEBEL	IMAGENOLOGIA	PROPRIO	

0917 HEAP A-			CAIXA TERMICA	MEDIA (18L)	MOR	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO
0734 HEAP A-			CAIXA TERMICA	8,5L	COLEMAN	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PRÓPRIO
2041 HEAP A-			CAIXA TERMICA	PEQUENA (8L)	COLEMAN	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO
0919 HEAP A-			CAIXA TERMICA	MEDIA (18L)	MOR	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO
0736 HEAP A-			CAIXA TERMICA	MEDIA (15L)	COLEMAN	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO
0918 HEAP A-			CAIXA TERMICA	MEDIA (15L)	COLEMAN	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO
0837 HEAP A-			CAIXA TERMICA	MEDIA (18L)	MOR	ENFERMARIA	PRÓPRIO
0739 HEAP A-			CAIXA TERMICA	MEDIA (18L)	MOR	ENFERMARIA	PRÓPRIO
0740 HEAP A-			CAIXA TERMICA	MEDIA (18L)	MOR	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO
0741 HEAP A-			CAIXA TERMICA	MEDIA (18L)	MOR	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO
0063 HEAP A-	TAK-34997		CAMARA CONSERVACAO DE SANGUE	3347	FANEM		



HEAP A- 2006	24220235 1	02726710	CAMARA CONSERVACAO DE VACINA	CSV 280	ELBER	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PRÓPRIO
HEAP A- 0396	50517		CAMARA CONSERVACAO DE VACINA	RC 504D	INDREL SCIENTIFIC	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO
HEAP A- 2005	24220207 7	02726711	CAMARA CONSERVACAO DE VACINA	CSV 280	ELBER	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PRÓPRIO
HEAP A- 2007	24220234 9	02726709	CAMARA CONSERVACAO DE VACINA	CSV 280	ELBER	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PRÓPRIO
HEAP A- 0097	CDV 14080005		CARDIOVERSOR	LIFESHOCK PRO	LIFEMED	UNIDADE DE INTERNAÇÃO ENFERMARIA 02	PROPRIO
HEAP A- 0113	DG 26006174	00767266	CARDIOVERSOR	BENEHEART D6	MINDRAY	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0312	US004418 06		CARDIOVERSOR	HEARTSTART XL M4735A	PHILIPS	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO
HEAP A- 0159		00637869	CARDIOVERSOR	M SERIES	ZOLL	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0884	DZ- 83000643	SES 01891021/ HUAPA 03422	CARDIOVERSOR	BENEHEART D6	MINDRAY	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0901	DG260061 99	00767265	CARDIOVERSOR	BENEHEART D6	MINDRAY	IMAGENOLOGIA	PROPRIO
HEAP	DG-	00767264	CARDIOVERSOR	BENEHEART D6	MINDRAY	PRONTO SOCORRO	PROPRIO



A-0262	26006191								
HEAP A-0026	DG-26006176	00767267	CARDIOVERSOR	BENEHEART D6	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO		
HEAP A-0049	CDV 14080006		CARDIOVERSOR	LIFESHOCK PRO	LIFEMED	ENFERMARIA	PROPRIO		
HEAP A-0048	CDV 14080007		CARDIOVERSOR	LIFESHOCK PRO	LIFEMED	ENFERMARIA	PROPRIO		
HEAP A-0070	2001046		CENTRIFUGA DE CARTAO	12 SII	BIO-RAD	AGENCIA TRANSFUSIONAL	COMODATO		
HEAP A-0858	20186861		CENTRIFUGA LABORATORIAL	80-2B	CENTRIBIO	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	COMODATO		
HEAP A-0981	1353		CENTRIFUGA LABORATORIAL	LS-4	CELM	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	COMODATO		
HEAP A-0071	09100010 57	00875341	CENTRIFUGA MACRO	KC4	KINDLAY	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO		
HEAP A-0093	2815	00667751	COAGULOMETRO	QUICK TIMER	CLOTIMER	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO		
HEAP A-0769	02685	00875340	CONTADOR MANUAL DE CELULAS	CCS-02	PHOENIX LUFERCO	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO		
HEAP A-	2343	00504593	CONTADOR MANUAL DE CELULAS	BE 1001	BIO ENG	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO		



0075 HEAP A- 0997	2044895		CUFFOMETRO	PORTEX	SMITHS HEALTHCARE	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO
HEAP A- 0996	2045891		CUFFOMETRO	PORTEX	SMITHS HEALTHCARE	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0995	2045903		CUFFOMETRO	PORTEX	SMITHS HEALTHCARE	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO
HEAP A- 0094	00504584		DEIONIZADOR	DM-50	MARTEC MED	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0069	10009605	00522005	DESCONGELADOR DE PLASMA	DEFROSTER BABY	FRESENIUS	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO
HEAP A- 1060	012021 IO 2050		DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	I.ON	INSTRAMED	ENGENHARIA CLÍNICA	PROPRIO
HEAP A- 0905	10512	00390170	DIGITALIZADOR CR	DX-M	AGFA HEALTHCARE	IMAGENOLOGIA	PROPRIO
HEAP A- 0906	10514	00390169	DIGITALIZADOR CR	DX-M	AGFA HEALTHCARE	IMAGENOLOGIA	PROPRIO
HEAP A- 0870	72011969 7	BIO- RAD:0014036	DISPENSER	ID-DISPENSER GREEN	BIO-RAD	AGENCIA TRANSFUSIONAL	COMODATO
HEAP A- 0337	72061416 5		DISPENSER	ID-DISPENSER RED	BIO-RAD	AGENCIA TRANSFUSIONAL	COMODATO

HEAP A- 0119	06030675 8	00544367	ELETCARDIOGRAFO	EP3	DIXTAL	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0227	SE13B100 8B7769	00661869	ELETCARDIOGRAFO	SE-1	EDAN	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A- 0181	SE13B100 8B7837	00661868	ELETCARDIOGRAFO	SE-1	EDAN	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 1096	03769		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	LA250	G-TECH	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 1078	03210206 3		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	LA250	G-TECH	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO
HEAP A- 1080	03210204 1		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	LA250	G-TECH	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 1066	03210103 2		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	LA250	G-TECH	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0751	48172438 4		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	LP200	PREMIUM	TRANSPORTE	PRÓPRIO
HEAP A- 1079	03210053 2		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	LA250	G-TECH	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO
HEAP A- 1081	03210040 3		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	LA250	G-TECH	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP	03210034		ESFIGMOMANOMETRO	LA250	G-TECH	PRONTO SOCORRO	PROPRIO



A- 1077	6	ADULTO	BP3ABOH	G-TECH	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	PRÓPRIO
HEAP A- 1098	03774	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	BP3ABOH	G-TECH	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 1099	03456	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	BP3ABOH	G-TECH	UNIDADE DE INTERNAÇÃO ENFERMARIA 02	PRÓPRIO
HEAP A- 1097	02921	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PRÓPRIO
HEAP A- 0780	0615677	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PRÓPRIO
HEAP A- 0783	0615853	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PRÓPRIO
HEAP A- 0777	0615849	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PRÓPRIO
HEAP A- 0774	0615844	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PRÓPRIO
HEAP A- 0775	0615826	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PRÓPRIO
HEAP A- 0775	0615815	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PRÓPRIO

0776 HEAP A- 0789	0615788		ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A- 0787	0615785		ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A- 0784	0615783		ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0773	0615756		ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A- 0781	0615708		ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A- 0790	0615698		ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A- 0772	0615673		ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A- 0792	0615671		ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A- 0280	0609554	00141	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A- 0096	0609396	00148	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	PRONTO SOCORRO	PROPRIO

HEAP A- 0031	0609383	00142	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO
HEAP A- 0269	0609018	00149	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	ANEROIDE	PREMIUM	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A- 0325	300906		ESTIMULADOR DE NERVOS PERIFERICOS	HNS 12	B.BRAUN	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0083	342	0050450	ESTUFA	S80ST	BIOPAR	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0088	345	00504500	ESTUFA	S80ST	BIOPAR	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0082		00504583	ESTUFA	B S C	DE LEO	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0904	C30D1310- 2		ESTUFA DE CONTRASTE	CA-30 COMPACT	VIMASTER	IMAGENOLOGIA	PROPRIO
HEAP A- 1014	150121FA 300SLSE00 1		FOCO CIRURGICO AUXILIAR	INP-SL300	INPROMED BRASIL	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0236	03050614 27	00548299	FOCO CIRURGICO AUXILIAR	LIGHT SHOW	CMOS DRAKE	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0029	03050614 26	00548302	FOCO CIRURGICO AUXILIAR	LIGHT SHOW	CMOS DRAKE	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO
HEAP	03050614	00548300	FOCO CIRURGICO	LIGHT SHOW	CMOS DRAKE	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO



A- 0178	23	AUXILIAR					
HEAP A- 1015	150121FT3 X3MTSE00 3		FOCO CIRURGICO DE TETO	INP 3X3 F-MASTER	INPROMED BRASIL	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0117	06400676 2	0061374	FOCO CIRURGICO DE TETO	CENTRA F-470-2	BAUMER	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 1018	150121FT3 X3MTSE00 2		FOCO CIRURGICO DE TETO	INP 3X3 F-MASTER	INPROMED BRASIL	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 1016	150121FT3 X3MTSE00 4		FOCO CIRURGICO DE TETO	INP 3X3 F-MASTER	INPROMED BRASIL	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 1017	150121FT3 X3MTSE00 1		FOCO CIRURGICO DE TETO	INP 3X3 F-MASTER	INPROMED BRASIL	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0130	7547017		FONTE DE LUZ	EVIS EXERA	OLYMPUS	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0168	XL30- 20129-3		FONTE DE LUZ	XENOLUX 500	CONFIANCE MEDICAL	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0801	1/7001	00542370	FOTOFORO	SL 350	HEINE OPTOTECHNI K	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0799	1/7003	00542364	FOTOFORO	SL 350	HEINE OPTOTECHNI K	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A-	1/7004	00542363	FOTOFORO	SL 350	HEINE OPTOTECHNI	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO

0800							K			
HEAP A-0802	1/7000	00542367	FOTOFORO	SL 350	HEINE OPTOTECHNI K	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO			
HEAP A-0064	YAI 04208	0087654	FREEZER	349 FV	FANEM	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO			
HEAP A-2000	15707		GASOMETRO	COBAS B 121	ROCHE	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	COMODATO			
HEAP A-1032	GB175197 98		GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRO CIRÚRGICO	COMODATO			
HEAP A-1085	GB199346 21		GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	PRONTO SOCORRO	COMODATO			
HEAP A-1087	GB199346 23		GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	PRONTO SOCORRO	COMODATO			
HEAP A-2104	GB217568 35		GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO			
HEAP A-2102	GB217632 71		GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO			
HEAP A-2103	GB217632 73		GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO			
HEAP A-2109	GB217638 52		GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO			



HEAP A- 2105	GB217646 62	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO
HEAP A- 2114	GB217650 26	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO
HEAP A- 2121	GB217652 98	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO
HEAP A- 2123	GB217653 03	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO
HEAP A- 2122	GB217653 14	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO
HEAP A- 2124	GB217653 24	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO
HEAP A- 2125	GB217653 31	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO
HEAP A- 2120	GB217659 84	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO
HEAP A- 2119	GB217659 86	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO
HEAP A- 2117	GB217659 88	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO
HEAP	GB217659	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE	COMODATO



A-2118	90						ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	
HEAP A-2110	GB217659 92	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO		
HEAP A-2111	GB217659 94	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO		
HEAP A-2116	GB217659 96	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO		
HEAP A-2107	GB217659 98	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO		
HEAP A-2130	GB217660 00	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO		
HEAP A-2129	GB217660 06	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO		
HEAP A-2126	GB217660 08	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO		
HEAP A-2131	GB217660 14	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	COMODATO		
HEAP A-2128	GB217660 16	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	COMODATO		
HEAP A-	GB217660 18	GLICOSIMETRO	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	CENTRA DE ABASTECIMENTO	COMODATO		



2127																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

HEAP A- 2040	2173-00	HOMOGENEIZADOR LABORATORIAL	HM01	KACIL	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PRÓPRIO
HEAP A- 0078	BF 7328	00875347 HOMOGENEIZADOR LABORATORIAL	ACCU-CHEK ACTIVE	ROCHE	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PRÓPRIO
HEAP A- 0913		IMPRESSORA ARCO CIRURGICO	MX2640	SHARP	IMAGENOLOGIA	PRÓPRIO
HEAP A- 0842	30	INCUBADORA BIOLOGICA	IC10/20FR	BIONOVA	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	COMODATO
HEAP A- 0066	51028	INCUBADORA DE CARTAO	ID INCUBADORA 37 S1	BIO-RAD	AGENCIA TRANSFUSIONAL	COMODATO
HEAP A- 0167	CM402014 284	INSUFLADOR CO2	CM-40L	CONFIANCE MEDICAL	CENTRO CIRÚRGICO	PRÓPRIO
HEAP A- 1089		LANTERNA CLINICA	LED	MISSOURI	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	PRÓPRIO
HEAP A- 1088		LANTERNA CLINICA	LED	MISSOURI	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 1090		LANTERNA CLINICA	LED	MISSOURI	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP		LARINGOSCOPIO	ADULTO	PROTEC	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO

A-0975	ADULTO						
HEAP A-1063	LARINGOSCOPIO ADULTO		ADULTO	PROTEC	PRONTO SOCORRO	PROPRIO	
HEAP A-1065	LARINGOSCOPIO ADULTO		ADULTO	PROTEC	PRONTO SOCORRO	PROPRIO	
HEAP A-0985	LARINGOSCOPIO ADULTO		ADULTO	PROTEC	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO	
HEAP A-1064	LARINGOSCOPIO ADULTO		ADULTO	PROTEC	PRONTO SOCORRO	PROPRIO	
HEAP A-0868	LARINGOSCOPIO ADULTO		079883001	PROTEC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO	
HEAP A-0333	LARINGOSCOPIO ADULTO		SEM MODELO	OXIGEL	ENFERMARIA	PROPRIO	
HEAP A-0895	LARINGOSCOPIO ADULTO		SEM MODELO	PROTEC	ENFERMARIA	PROPRIO	
HEAP A-0886	LARINGOSCOPIO ADULTO		SEM MODELO	PROTEC	PRONTO SOCORRO	PROPRIO	
HEAP A-0885	LARINGOSCOPIO ADULTO		SEM MODELO	PROTEC	UNIDADE DE INTERNAÇÃO ENFERMARIA 02	PROPRIO	
HEAP A-	LARINGOSCOPIO ADULTO		SEM MODELO	PROTEC	PRONTO SOCORRO	PROPRIO	

0877			LARINGOSCOPIO ADULTO	SEM MODELO	PROTEC	CENTRO CIRÚRGICO	PRÓPRIO
HEAP A- 2013							
HEAP A- 0869			LARINGOSCOPIO ADULTO	079883001	PROTEC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO
HEAP A- 0387			LARINGOSCOPIO ADULTO	SEM MODELO	PROTEC	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A- 0830			LARINGOSCOPIO ADULTO	SEM MODELO	PROTEC	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0388			LARINGOSCOPIO ADULTO	SEM MODELO	PROTEC	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A- 0850			LARINGOSCOPIO ADULTO	SEM MODELO	PROTEC	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0849			LARINGOSCOPIO ADULTO	SEM MODELO	PROTEC	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0920			LARINGOSCOPIO ADULTO	SEM MODELO	PROTEC	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0390			LARINGOSCOPIO ADULTO	SEM MODELO	PROTEC	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO
HEAP A- 0974			LARINGOSCOPIO ADULTO	ADULTO	PROTEC	PRONTO SOCORRO	PROPRIO



HEAP A- 0766		LARINGOSCOPIO INFANTIL	SEM MODELO	PROTEC	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0846	002781	LAVADORA ULTRASSONICA	PS - 6510 - JET - DOS	LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	EMPRESTIMO
HEAP A- 0844		MANOVACUOMETRO DE PRESSAO VENTILATORIA	ANALÓGICO	VENTBRAS	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO
HEAP A- 2004	2026562	MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS	MU2000	MEA MODUL	FARMÁCIA	PRÓPRIO
HEAP A- 2038	2946-00	MARCADOR MULTI- TIMER	MMT	KACIL	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PRÓPRIO
HEAP A- 0079	5514	MARCADOR MULTI- TIMER	TP 120	PHOENIX LUFERCO	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 2045	G9- 82006369	MESA CIRURGICA	HYBASE 6100	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 2047	G9- 83006402	MESA CIRURGICA	HYBASE 6100	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 2044	G9- 83006401	MESA CIRURGICA	HYBASE 6100	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0118		MESA CIRURGICA	MECÂNICA	SEM FABRICANTE	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP	00515073	MESA CIRURGICA	SEM MODELO	MECANICA	PRONTO SOCORRO	PROPRIO

[illegible]

0282									
HEAP A- 0154	10180887 5		MONITOR MULTIPARAMETRICO	DX2022	DIXTAL	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO		
HEAP A- 0059	10180887 8	02287	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DX2022	DIXTAL	ENFERMARIA	PROPRIO		
HEAP A- 0053	11180897 4		MONITOR MULTIPARAMETRICO	DX2022	DIXTAL	TRANSPORTE	PROPRIO		
HEAP A- 0152	CF261120 23		MONITOR MULTIPARAMETRICO	BENEVIEW T8	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO		
HEAP A- 0010	CF- 26111996		MONITOR MULTIPARAMETRICO	BENEVIEW T8	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO		
HEAP A- 0002	CF- 26111991	01292	MONITOR MULTIPARAMETRICO	BENEVIEW T8	MINDRAY	PRONTO SOCORRO	PROPRIO		
HEAP A- 0004	CF- 26111938	00778164	MONITOR MULTIPARAMETRICO	BENEVIEW T8	MINDRAY	PRONTO SOCORRO	PROPRIO		
HEAP A- 0131	CF- 26111928	00778160	MONITOR MULTIPARAMETRICO	BENEVIEW T8	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO		
HEAP A- 0106	CF261118 80	00778217	MONITOR MULTIPARAMETRICO	BENEVIEW T8	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO		
HEAP A- 0005	CF- 26111859	00778161	MONITOR MULTIPARAMETRICO	BENEVIEW T8	MINDRAY	PRONTO SOCORRO	PROPRIO		

HEAP A- 0006	CF- 26111858	00778162	MONITOR MULTIPARAMETRICO	BENEVIEW T8	MINDRAY	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0007	CF- 26111847	007778214	MONITOR MULTIPARAMETRICO	BENEVIEW T8	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0008	CF- 26111842	00778218	MONITOR MULTIPARAMETRICO	BENEVIEW T8	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0001	CF- 26111832	00778216	MONITOR MULTIPARAMETRICO	BENEVIEW T8	MINDRAY	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0003	CF- 26111831	00778215	MONITOR MULTIPARAMETRICO	BENEVIEW T8	MINDRAY	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 2078	AC6- 24026279		MONITOR MULTIPARAMETRICO	EPM 12	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 2079	AC6- 24026278		MONITOR MULTIPARAMETRICO	EPM 12	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 2080	AC6- 24026266		MONITOR MULTIPARAMETRICO	EPM 12	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 2081	AC6- 24026263		MONITOR MULTIPARAMETRICO	EPM 12	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 2082	AC6- 24026262		MONITOR MULTIPARAMETRICO	EPM 12	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP	AC6-		MONITOR	EPM 12	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA	PRÓPRIO



A-2083	24026257	MULTIPARAMETRICO			INTENSIVA ADULTO	
HEAP A-2084	AC6-24026254	MONITOR MULTIPARAMETRICO	EPM 12	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A-2085	AC6-24026253	MONITOR MULTIPARAMETRICO	EPM 12	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A-2086	AC6-24026252	MONITOR MULTIPARAMETRICO	EPM 12	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A-2087	AC6-24026249	MONITOR MULTIPARAMETRICO	EPM 12	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A-2088	AC6-24026248	MONITOR MULTIPARAMETRICO	EPM 12	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A-2089	AC6-24026243	MONITOR MULTIPARAMETRICO	EPM 12	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A-0255	SBG06419 255GA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DASH 4000	GE HEALTHCARE	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A-0840	SBG06419 256GA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DASH 4000	GE HEALTHCARE	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A-0259	SBG06419 374GA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DASH 4000	GE HEALTHCARE	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A-	SBG-06419382	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DASH 4000	GE HEALTHCARE	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO

0024	GA								
HEAP A- 0155	SBG06419 418GA	00569015	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DASH 4000	GE HEALTHCARE	ENFERMARIA	PROPRIO		
HEAP A- 0156	SBG06419 454GA	00569017	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DASH 4000	GE HEALTHCARE	ENFERMARIA	PROPRIO		
HEAP A- 0157	SBG06419 464GA	00569005	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DASH 4000	GE HEALTHCARE	ENFERMARIA	PROPRIO		
HEAP A- 0241	SBG06419 476GA	00569007	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DASH 4000	GE HEALTHCARE	ENFERMARIA	PROPRIO		
HEAP A- 0032	SBG06419 479GA	00569008	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DASH 4000	GE HEALTHCARE	ENFERMARIA	PROPRIO		
HEAP A- 0902	12150509 8	00779462	MONITOR MULTIPARAMETRICO	DX2021	DIXTAL	IMAGENOLOGIA	PROPRIO		
HEAP A- 0100	60022871 72	00877213	MONITOR MULTIPARAMETRICO	INFINITY DELTA XL	DRAGER	PRONTO SOCORRO	PROPRIO		
HEAP A- 0104	60023183 71	00877203	MONITOR MULTIPARAMETRICO	INFINITY DELTA XL	DRAGER	PRONTO SOCORRO	PROPRIO		
HEAP A- 0103	60023467 68	00877215	MONITOR MULTIPARAMETRICO	INFINITY DELTA XL	DRAGER	PRONTO SOCORRO	PROPRIO		
HEAP A- 0101	60023643 14	00877206	MONITOR MULTIPARAMETRICO	INFINITY DELTA XL	DRAGER	PRONTO SOCORRO	PROPRIO		

HEAP A- 0102	60024772 70	00877204	MONITOR MULTIPARAMETRICO	INFINITY DELTA XL	DRAGER	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0105	60024858 67		MONITOR MULTIPARAMETRICO	INFINITY DELTA XL	DRAGER	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0146	CF261120 26		MONITOR MULTIPARAMETRICO	BENEVIEW T8	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0161	CF261120 25		MONITOR MULTIPARAMETRICO	BENEVIEW T8	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0137	CF261120 35		MONITOR MULTIPARAMETRICO	BENEVIEW T8	MINDRAY	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0124	00711467	00711467	NEGATOSCOPIO	SEM MODELO	CAMYCLYN	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0914	A5114724 1128	00390270	NOBREAK	SUA 3000	APC	IMAGENOLOGIA	PROPRIO
HEAP A- 0916	0221641		NOBREAK	SEN 1500C	ENGETRON	IMAGENOLOGIA	PROPRIO
HEAP A- 0915	AR3Q3603 0		NOBREAK	4015517	EATON	IMAGENOLOGIA	PROPRIO
HEAP A- 0932		03559	OFTALMOSCOPIO	OMNI 3000	MD HEALTHCARE	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP		03558	OFTALMOSCOPIO	OMNI 3000	MD	DIRETORIA TÉCNICA	PROPRIO



A- 0931				HEALTHCARE			
HEAP A- 0921		00559258	OSMOSE REVERSA	SEM MODELO	BAUMER	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	PRÓPRIO
HEAP A- 0023	160813- 17-01-01- 01	00877221	OSMOSE REVERSA	VOP00100	VEXER	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 0922		00559257	OSMOSE REVERSA	SEM MODELO	BAUMER	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	PRÓPRIO
HEAP A- 2037	SPS-1782		OSMOSE REVERSA	PURA-1 STANDARD	SAUBERN	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 2036	SPS-1974		OSMOSE REVERSA	PURA-1 STANDARD	SAUBERN	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 0081		00876412	OSMOSE REVERSA	CO-02	PERMUTION	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PRÓPRIO
HEAP A- 0335			OTOSCOPIO	MINI	MIKATOS	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 0866			OTOSCOPIO	SEM MODELO	MIKATOS	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 0934		03560	OTOSCOPIO	OMNI 3000	MD HEALTHCARE	DIRETORIA TÉCNICA	PRÓPRIO
HEAP A- 15301520 1488			OXIMETRO	MD300C1	JG MORIYA	PRONTO SOCORRO	EMPRESTIMO

0894	HEAP A- 0941	20060600 040		OXIMETRO	CMS60D	CONTEC	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
	HEAP A- 1044	188	SINTESE 6174	PERFURADOR PNEUMÁTICO	PNEUMÁTICO	SINTESE	CENTRO CIRÚRGICO	COMODATO
	HEAP A- 0036	PF392		PERFURADOR PNEUMÁTICO	MIA-9000	MACOM	CENTRO CIRÚRGICO	PRÓPRIO
	HEAP A- 0833	187	SINTESE 6384	PERFURADOR PNEUMÁTICO	PNEUMÁTICO	SINTESE	CENTRO CIRÚRGICO	COMODATO
	HEAP A- 0374	13-1443 E 13-0683		PERFURADOR PNEUMÁTICO	2000-000	TECNOAR	CENTRO CIRÚRGICO	PRÓPRIO
	HEAP A- 0326	13-1442 E 13-0669		PERFURADOR PNEUMÁTICO	2000-000	TECNOAR	CENTRO CIRÚRGICO	PRÓPRIO
	HEAP A- 0041	13-1432		PERFURADOR PNEUMÁTICO	2000-000	TECNOAR	CENTRO CIRÚRGICO	PRÓPRIO
	HEAP A- 0040	13-1416		PERFURADOR PNEUMÁTICO	2000-000	TECNOAR	CENTRO CIRÚRGICO	PRÓPRIO
	HEAP A- 0042	13-1409		PERFURADOR PNEUMÁTICO	2000-000	TECNOAR	CENTRO CIRÚRGICO	PRÓPRIO
	HEAP A- 0035	PF391		PERFURADOR PNEUMÁTICO	MIA-9000	MACOM	CENTRO CIRÚRGICO	PRÓPRIO

HEAP A- 1046	239	SINTESE 5325	PERFURADOR PNEUMATICO	PNEUMATICO	SINTESE	CENTRO CIRÚRGICO	LOCAÇÃO
HEAP A- 1045	238	SINTESE 6172	PERFURADOR PNEUMATICO	PNEUMATICO	SINTESE	CENTRO CIRÚRGICO	COMODATO
HEAP A- 1041	237	SINTESE 6171	PERFURADOR PNEUMATICO	PNEUMATICO	SINTESE	CENTRO CIRÚRGICO	COMODATO
HEAP A- 1042		SINTESE 6042	PERFURADOR PNEUMATICO	PNEUMATICO	SINTESE	CENTRO CIRÚRGICO	COMODATO
HEAP A- 1047		SINTESE 6173	PERFURADOR PNEUMATICO	PNEUMATICO	SINTESE	CENTRO CIRÚRGICO	LOCAÇÃO
HEAP A- 1043	841	SINTESE 6043	PERFURADOR PNEUMATICO	PNEUMATICO	SINTESE	CENTRO CIRÚRGICO	LOCAÇÃO
HEAP A- 0834	186	SINTESE 6383	PERFURADOR PNEUMATICO	PNEUMATICO	SINTESE	CENTRO CIRÚRGICO	COMODATO
HEAP A- 1040	178	SINTESE 6041	PERFURADOR PNEUMATICO	PNEUMATICO	SINTESE	CENTRO CIRÚRGICO	COMODATO
HEAP A- 0037	PF-393		PERFURADOR PNEUMATICO	MA-9000	MACOM	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0446	0011322 / A1530803 1		PIPETA	VOLUME VARIÁVEL	BIO-RAD	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO
HEAP	0151838		PIPETA	VOLUME AJUSTÁVEL	KACIL	LABORATÓRIO DE	PROPRIO

A- 0983			PIPETA		VOLUME VARIÁVEL	BIO-RAD	ANÁLISES CLÍNICAS	
HEAP A- 0447	0011321 / A1530802 1						AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO
HEAP A- 0403	011135B		PIPETA		VOLUME FIXO 250 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0441	01127 B		PIPETA		VOLUME FIXO 250 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0444	R13044B		PIPETA		VOLUME FIXO 250 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0428	R13045B		PIPETA		VOLUME FIXO 250 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0440	010331L		PIPETA		VOLUME FIXO 500 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0439	010334L		PIPETA		VOLUME FIXO 500 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0429	010360L		PIPETA		VOLUME FIXO 500 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0404	010383L		PIPETA		VOLUME FIXO 500 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0404	R12055K		PIPETA		VOLUME FIXO 200 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO

0437				PIPETA		VOLUME FIXO 200 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0410				PIPETA		VOLUME FIXO 200 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0405				PIPETA		VOLUME FIXO 25 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0406	R12537K			PIPETA		VOLUME FIXO 25 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0430	R12538K			PIPETA		VOLUME FIXO 25 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0418	0141179			PIPETA		VOLUME FIXO 50 MICROLITROS	KACIL	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0408	0145271			PIPETA		VOLUME FIXO 50 MICROLITROS	KACIL	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0417	128441			PIPETA		VOLUME FIXO 50 MICROLITROS	KACIL	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0434	R12595K			PIPETA		VOLUME FIXO 10 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0411	R13435 B			PIPETA		VOLUME FIXO 10 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0424	10071673			PIPETA		VOLUME FIXO 100 MICROLITROS	DIGIPET	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO

HEAP A- 0412	10071821	PIPETA	VOLUME FIXO 100 MICROLITROS	DIGIPET	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0416	0135415	PIPETA	VOLUME FIXO 25 MICROLITROS	KACIL	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0419	0141560	PIPETA	VOLUME FIXO 25 MICROLITROS	KACIL	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0422		PIPETA	VOLUME FIXO 25 MICROLITROS	KACIL	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0426	008512	PIPETA	VOLUME FIXO 25 MICROLITROS	PEGUEPET	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0432	R12793E	PIPETA	VOLUME FIXO 50 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0427	R12796E	PIPETA	VOLUME FIXO 50 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0435	010338M	PIPETA	VOLUME FIXO 1000 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0436	R13397B	PIPETA	VOLUME FIXO 5 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0442	010342L1	PIPETA	VOLUME FIXO 100 MICROLITROS	GILSON	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP		PIPETA	VOLUME FIXO	KACIL	LABORATÓRIO DE	PROPRIO



A- 0984				PIPETA		MONOCANAL VOLUME AJUSTÁVEL 2 A 20 MILILITROS	THERMO SCIENTIFIC	ANÁLISES CLÍNICAS	
HEAP A- 1091	LH44161					ST		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PRÓPRIO
HEAP A- 0973	081328			SECADORA DE TRAQUEIA			SERCON	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	PRÓPRIO
HEAP A- 0803	9978			SELADORA		RSP-350	RON MICROMECA NICA	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	COMODATO
HEAP A- 0804	9977			SELADORA		RSR-2000	RON MICROMECA NICA	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	COMODATO
HEAP A- 2001	SP602203 0100211			SELADORA		SP600-CT	CETRO	FARMÁCIA	PRÓPRIO
HEAP A- 2002	SP602203 0100212			SELADORA		SP600-CT	CETRO	FARMÁCIA	PRÓPRIO
HEAP A- 0857	02023003 1126			SELADORA		R.BAIÃO	R.BAIAO	FARMÁCIA	PRÓPRIO
HEAP A- 0067	02001006	00537139		SELADORA DE BOLSAS		HEMOSEAL	FRESENIUS	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PRÓPRIO
HEAP A- 0266		00877202		SERRA DE GESSO		SEM MODELO	NEVONI	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A-	28879			SERRA DE GESSO		SEM MODELO	NEVONI	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO

0121 HEAP A- 0120	00610424	00877200	SERRA DE GESSO	SEM MODELO	NEVONI	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0330	29124	03091	SERRA DE GESSO	SERRA ELETRICA	NEVONI	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0882	19A00513 2		TERMODESINFECTORA	TD-290	ORTOSINTESE	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	PROPRIO
HEAP A- 0488	13011100 942534		TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	INSTRUTHER M	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0486	13011100 944433		TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	INSTRUTHER M	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0701			TERMOHIGROMETRO	SH-122	J PROLAB	ALMOXARIFADO	PROPRIO
HEAP A- 0704			TERMOHIGROMETRO	SH-122	J PROLAB	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO
HEAP A- 0705			TERMOHIGROMETRO	SH-122	J PROLAB	FARMÁCIA	PROPRIO
HEAP A- 0706			TERMOHIGROMETRO	SH-122	J PROLAB	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0461			TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	INCOTERM	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO

HEAP A- 0468		TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	INCOTERM	FARMÁCIA	PRÓPRIO
HEAP A- 0492		TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	INCOTERM	SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO MÉDICO E ESTATÍSTICO	PRÓPRIO
HEAP A- 0493		TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	INCOTERM	SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO MÉDICO E ESTATÍSTICO	PRÓPRIO
HEAP A- 0892		TERMOHIGROMETRO	TH-50	INCOTERM	ENFERMARIA	PRÓPRIO
HEAP A- 0470	0006	TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	INCOTERM	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 0453		TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	INCOTERM	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PRÓPRIO
HEAP A- 0480		TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	INCOTERM	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	PRÓPRIO
HEAP A- 1055		TERMOHIGROMETRO	7663	INCOTERM	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 2077		TERMOHIGROMETRO	7663	INCOTERM	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	PRÓPRIO
HEAP A-		TERMOHIGROMETRO	TH-50	INCOTERM	UNIDADE DE INTERNAÇÃO	PRÓPRIO

0891							ENFERMARIA 02	
HEAP A- 0888			TERMOHIGROMETRO	TH-50	INCOTERM	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO	
HEAP A- 0721			TERMOHIGROMETRO	TH-50	INCOTERM	FARMÁCIA	PROPRIO	
HEAP A- 0720			TERMOHIGROMETRO	TH-50	INCOTERM	FARMÁCIA	PROPRIO	
HEAP A- 0482			TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	INCOTERM	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO	
HEAP A- 0464			TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	INCOTERM	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO	
HEAP A- 0861			TERMOHIGROMETRO	TH-50	INCOTERM	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO	
HEAP A- 1070			TERMOHIGROMETRO	HTC-1	CLOCK HUMIDITY	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO	
HEAP A- 1072			TERMOHIGROMETRO	HTC-1	CLOCK HUMIDITY	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO	
HEAP A- 1068			TERMOHIGROMETRO	HTC-1	CLOCK HUMIDITY	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO	
HEAP A- 1073			TERMOHIGROMETRO	HTC-1	CLOCK HUMIDITY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO	

HEAP A- 1075		TERMOHIGROMETRO	HTC-1	CLOCK HUMIDITY	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 1067		TERMOHIGROMETRO	HTC-1	CLOCK HUMIDITY	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO
HEAP A- 1061		TERMOHIGROMETRO	HTC-1	CLOCK HUMIDITY	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	PROPRIO
HEAP A- 1069		TERMOHIGROMETRO	HTC-1	CLOCK HUMIDITY	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO
HEAP A- 1071		TERMOHIGROMETRO	HTC-1	CLOCK HUMIDITY	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO
HEAP A- 1074		TERMOHIGROMETRO	HTC-1	CLOCK HUMIDITY	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO
HEAP A- 1076		TERMOHIGROMETRO	HTC-1	CLOCK HUMIDITY	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO
HEAP A- 0863		TERMOHIGROMETRO	TH-50	INCOTERM	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO
HEAP A- 0864		TERMOHIGROMETRO	TH-50	INCOTERM	ENFERMARIA	PROPRIO
HEAP A- 0865		TERMOHIGROMETRO	TH-50	INCOTERM	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP		TERMOHIGROMETRO	TH-50	INCOTERM	LABORATÓRIO DE	PROPRIO

A-0889										ANÁLISES CLÍNICAS	
HEAP A-0890				TERMOHIGROMETRO	TH-50	INCOTERM	PRONTO SOCORRO	PROPRIO			
HEAP A-1051				TERMOHIGROMETRO	K29-5070H	KASVI	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO			
HEAP A-2039			03794	TERMOHIGROMETRO	K29-5070H	KASVI	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PRÓPRIO			
HEAP A-1052				TERMOHIGROMETRO	K29-5070H	KASVI	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO			
HEAP A-1048				TERMOHIGROMETRO	K29-5070H	KASVI	FARMÁCIA	PROPRIO			
HEAP A-1054				TERMOHIGROMETRO	K29-5070H	KASVI	IMAGENOLOGIA	PROPRIO			
HEAP A-1053				TERMOHIGROMETRO	K29-5070H	KASVI	FARMÁCIA	PROPRIO			
HEAP A-1056				TERMOHIGROMETRO	K29-5070H	KASVI	ENFERMARIA	PROPRIO			
HEAP A-1049				TERMOHIGROMETRO	K29-5070H	KASVI	ENFERMARIA	PROPRIO			
HEAP A-	13011100 94287			TERMOHIGROMETRO	DIGITAL - HT 600	INSTRUTHERM	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	PROPRIO			

0477								
HEAP A- 0479			TERMOHIGROMETRO	DIGITAL - HT 600	INSTRUTHER M	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	PRÓPRIO	
HEAP A- 0474			TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	INCOTERM	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PRÓPRIO	
HEAP A- 0473			TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	INCOTERM	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO	
HEAP A- 0452	58829		TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	SEM FABRICANTE	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PRÓPRIO	
HEAP A- 0491			TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	SEM FABRICANTE	NUTRIÇÃO	PRÓPRIO	
HEAP A- 0457			TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	INCOTERM	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PRÓPRIO	
HEAP A- 0485	13011100 942533		TERMOHIGROMETRO	DIGITAL	INSTRUTHER M	CENTRO CIRÚRGICO	PRÓPRIO	
HEAP A- 1059			TERMOMETRO	K29-7070	KASVI	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PRÓPRIO	
HEAP A- 2016			TERMOMETRO	CLINICO	G-TECH	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PRÓPRIO	
HEAP A- 2033			TERMOMETRO	CLINICO	G-TECH	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PRÓPRIO	

HEAP A- 0449		TERMOMETRO		SEM MODELO	INCOTERM	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0448		TERMOMETRO		SEM MODELO	INCOTERM	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0454		TERMOMETRO		DIGITAL	V-PROLAB	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO
HEAP A- 0988		TERMOMETRO		DIGITAL	J PROLAB	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO
HEAP A- 0992		TERMOMETRO		TP101 - TIPO ESPETO	SEM FABRICANTE	NUTRIÇÃO	EMPRESTIMO
HEAP A- 0991		TERMOMETRO		TP101 - TIPO ESPETO	SEM FABRICANTE	NUTRIÇÃO	EMPRESTIMO
HEAP A- 0990		TERMOMETRO		TP101 - TIPO ESPETO	SEM FABRICANTE	NUTRIÇÃO	EMPRESTIMO
HEAP A- 1058		TERMOMETRO		K29-7070	KASVI	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO
HEAP A- 2018		TERMOMETRO		CLINICO	G-TECH	ENFERMARIA	PRÓPRIO
HEAP A- 0368		TERMOMETRO		T104	BIOLAND	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO
HEAP		TERMOMETRO		TH1027	G-TECH	ENFERMARIA	PROPRIO

A-0949									
HEAP A-0958			TERMOMETRO	TH1027	G-TECH	ENFERMARIA	PROPRIO		
HEAP A-0950			TERMOMETRO	TH1027	G-TECH	ENFERMARIA	PROPRIO		
HEAP A-0951			TERMOMETRO	TH1027	G-TECH	ENFERMARIA	PROPRIO		
HEAP A-0955			TERMOMETRO	TH1027	G-TECH	PRONTO SOCORRO	PROPRIO		
HEAP A-0952			TERMOMETRO	TH1027	G-TECH	ENFERMARIA	PROPRIO		
HEAP A-0953			TERMOMETRO	TH1027	G-TECH	PRONTO SOCORRO	PROPRIO		
HEAP A-0954			TERMOMETRO	TH1027	G-TECH	ENFERMARIA	PROPRIO		
HEAP A-0961			TERMOMETRO	TH1027	G-TECH	TRANSPORTE	PROPRIO		
HEAP A-0469	0615		TERMOMETRO	DIGITAL	INCOTERM	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO		
HEAP A-			TERMOMETRO	DIGITAL	INCOTERM	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO		

0836									
HEAP A- 0450			TERMOMETRO	DIGITAL	INCOTERM	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO		
HEAP A- 0320			TERMOMETRO	DIGITAL	INCOTERM	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO		
HEAP A- 0290			TERMOMETRO	DIGITAL	INCOTERM	NUTRIÇÃO	PROPRIO		
HEAP A- 0291			TERMOMETRO	DIGITAL	INCOTERM	NUTRIÇÃO	PROPRIO		
HEAP A- 0460			TERMOMETRO	DIGITAL	INCOTERM	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO		
HEAP A- 0295			TERMOMETRO	DIGITAL	INCOTERM	NUTRIÇÃO	PROPRIO		
HEAP A- 0296			TERMOMETRO	DIGITAL	INCOTERM	NUTRIÇÃO	PROPRIO		
HEAP A- 0315			TERMOMETRO	DIGITAL	INCOTERM	AGENCIA TRANSFUSIONAL	PROPRIO		
HEAP A- 0715			TERMOMETRO	7424.02.1.00	INCOTERM	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PROPRIO		
HEAP A- 0732			TERMOMETRO	7424.02.0.00	INCOTERM	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO		



HEAP A- 0733		TERMOMETRO	7424.02.0.00	INCOTERM	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PRÓPRIO
HEAP A- 0737		TERMOMETRO	7424.02.0.00	INCOTERM	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PRÓPRIO
HEAP A- 0896		TERMOMETRO	7424.02.0.00	INCOTERM	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PRÓPRIO
HEAP A- 0738		TERMOMETRO	7424.02.0.00	INCOTERM	FARMÁCIA	PRÓPRIO
HEAP A- 0935		TERMOMETRO	DIGITAL / 45 LITROS	IGLOO	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PRÓPRIO
HEAP A- 0936		TERMOMETRO	DIGITAL / 15 LITROS	INCOTERM	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	PRÓPRIO
HEAP A- 2025		TERMOMETRO	CLINICO	G-TECH	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PRÓPRIO -
HEAP A- 2027		TERMOMETRO	CLINICO	G-TECH	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PRÓPRIO -
HEAP A- 2028		TERMOMETRO	CLINICO	G-TECH	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PRÓPRIO -
HEAP A- 2026		TERMOMETRO	CLINICO	G-TECH	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP		TERMOMETRO	CLINICO	G-TECH	CENTRA DE	PRÓPRIO -

[illegible]



2024			TERMOMETRO	CLINICO	G-TECH	FARMACÊUTICO	PRÓPRIO
HEAP A- 2019						CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PRÓPRIO
HEAP A- 0476			TERMOMETRO INFRVERMELHO	PISTOLA - LASER	SEM FABRICANTE	CENTRA DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	PROPRIO
HEAP A- 0923			TERMOMETRO INFRVERMELHO	BZ-R6	BING ZUN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	PROPRIO
HEAP A- 0939			TERMOMETRO INFRVERMELHO	YRK-002	CHONGQUIN G TECHNOLOGY	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 2070	540023		TOMOGRFO 64 CANALS	INCISIVE CT	PHILIPS	IMAGENOLOGIA	PRÓPRIO
HEAP A- 0271	CM 26F- 20129-2		TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	CINEMD-26F	CONFIANCE MEDICAL	CENTRO CIRÚRGICO	PROPRIO
HEAP A- 0925	13423	03563	VENTILADOR DE TRANSPORTE	OXYMAG	MAGNAMED	PRONTO SOCORRO	PROPRIO
HEAP A- 0926	13409		VENTILADOR DE TRANSPORTE	OXYMAG	MAGNAMED	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PROPRIO
HEAP A- 0360	IX5-2014- 06-01354		VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED	PRONTO SOCORRO	PROPRIO

HEAP A- 0016	IX5-2014- 06-01361		VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 0020	IX5-2014- 06-01365		VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 0190	N0836091 3024	00662115	VENTILADOR PULMONAR	E360BR	NEWPORT	CENTRO CIRÚRGICO	PRÓPRIO
HEAP A- 0169	B0936007 0360	00662110	VENTILADOR PULMONAR	E360BR	NEWPORT	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 0270	B0936007 0340	00662111	VENTILADOR PULMONAR	E360BR	NEWPORT	CENTRO CIRÚRGICO	PRÓPRIO
HEAP A- 0903	B0936007 0332	00662116	VENTILADOR PULMONAR	E360BR	NEWPORT	IMAGENOLOGIA	PRÓPRIO
HEAP A- 2094	EC- 18007231		VENTILADOR PULMONAR	SYNOVENT E3	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 2096	EC- 18007245		VENTILADOR PULMONAR	SYNOVENT E3	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 2097	EC- 18007250		VENTILADOR PULMONAR	SYNOVENT E3	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 2098	EC- 18007251		VENTILADOR PULMONAR	SYNOVENT E3	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP	EC-		VENTILADOR	SYNOVENT E3	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA	PRÓPRIO

A- 2099	18007252	PULMONAR				INTENSIVA ADULTO	
HEAP A- 2100	EC- 18007258	VENTILADOR PULMONAR		SYNOVENT E3	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 2101	EC- 18007259	VENTILADOR PULMONAR		SYNOVENT E3	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 2091	EC- 18007202	VENTILADOR PULMONAR		SYNOVENT E3	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 2092	EC- 18007223	VENTILADOR PULMONAR		SYNOVENT E3	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 2093	EC- 18007230	VENTILADOR PULMONAR		SYNOVENT E3	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 2095	EC- 18007233	VENTILADOR PULMONAR		SYNOVENT E3	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 0012	IX5-2014- 06-01373	VENTILADOR PULMONAR		IX5	INTERMED	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 0025	IX5-2014- 06-01370	VENTILADOR PULMONAR		IX5	INTERMED	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 0033	IX5-2014- 06-01369	VENTILADOR PULMONAR		IX5	INTERMED	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 10-01161	IX5-2013- 10-01161	VENTILADOR PULMONAR		IX5	INTERMED	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO



0019 HEAP A- 0018	IX5-2013- 12-01210	VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 0017	IX5-2014- 05-01331	VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 0015	IX5-2014- 06-01324	VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 0013	IX5-2014- 06-01338	VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 0014	IX5-2014- 06-01340	VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 0359	IX5-2014- 060-1345	VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 0011	IX5-2014- 06-01347	VENTILADOR PULMONAR	IX5	INTERMED	PRONTO SOCORRO	PRÓPRIO
HEAP A- 2090	EC- 13006017	VENTILADOR PULMONAR	SYNOVENT E3	MINDRAY	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO	PRÓPRIO
HEAP A- 0129	7539564	VIDEOENDOSCOPIO	CLV-160	OLYMPUS	CENTRO CIRÚRGICO	PRÓPRIO
HEAP A- 0911		VIDEOPRINTER	UP-D55	SONY	IMAGENOLOGIA	PRÓPRIO

HEAP A- 0908	10786	00390180	WORKSTATION	NX	AGFA HEALTHCARE	IMAGENOLOGIA	PROPRIO
HEAP A- 0907	10834	00390206	WORKSTATION	NX	AGFA HEALTHCARE	IMAGENOLOGIA	PROPRIO

ANEXO II- DECLARAÇÃO DE VISTORIA

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº. _____, com sede na _____, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº. _____ e do CPF nº. _____, **DECLARA** para fins de participação do processo nº _____ que vistoriou os locais onde serão executados os serviços, para tomar pleno conhecimento de suas

instalações e das dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro, que me foram apresentadas às áreas e instalações, com acesso a todos os locais e detalhes necessários para a elaboração da proposta comercial.

Município, ____ de ____ de 2022

Representante