

## AVISO - TOMADA DE PREÇO

Nº 202259INV19699HMNSL

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público da Tomada de Preços, com a finalidade de adquirir bens, insumos e serviços para o HEMNSL - Hospital Est. Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, com endereço à Rua 230, Qd. 709, S/N, Setor Nova Vila, Goiânia/GO, CEP: 74.640-210.

### PERÍODO DE COTAÇÃO

Data de início de recebimento das propostas: **05 de setembro de 2022**

Data final de recebimento das propostas: **09 de setembro de 2022**

O detalhamento do objeto, com suas especificações, quantidades, volumes e outros, poderão ser encontrados no Termo de Referência, para maiores informações podem ser solicitados via e-mail: cotacoes.go@igh.org.br.

O resultado será publicado no site oficial do IGH (<https://www.igh.org.br/transparencia>), na pasta específica da unidade.

| OBJETO                            |
|-----------------------------------|
| AQUISIÇÃO DE KIT DE LARINGOSCOPIO |

### **PEDIDO: 19699/2022**

Nota: O Regulamento de Compras, Alienações e Contratações De Obras e Serviços do Instituto de Gestão e Humanização na Execução De Contratos de Gestão no Estado De Goiás, disponível para consulta no site <https://www.igh.org.br/>

Goiânia/GO, 5 de setembro de 2022.

Assinado eletronicamente por:  
Ysis Vasconcelos dos Santos  
CPF: 825.867.805-15  
Data: 05/09/2022 12:26:06 -03:00

MUNDO DIGITAL



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FC4SG-CS3CX-V8QWH-QDXC5

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ysis Vasconcelos dos Santos (CPF 825.867.805-15) em 05/09/2022 12:26 - Assinado eletronicamente

|  |  |
|--|--|
| Endereço IP                                  | Geolocalização                           |
| 189.89.145.134                               | Lat: -12,992958      Long: -38,460930    |
|  | Precisão: 12 (metros)                    |
| Autenticação                                 | ysis.vasconcelos@igh.org.br (Verificado) |
| Login  |  |
| X9cBQZQWODyAou9+KcxKKh/znENFBQL/0egZg9H9izs= |  |
| SHA-256                                      |  |

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/FC4SG-CS3CX-V8QWH-QDXC5>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

Aquisição de 06 Kit's completo de Laringoscópio para Unidade Semi Intensiva Neonatal (UCIN) e Centro Cirúrgico (CC) do **Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes – HEMNSL**.

### 2. JUSTIFICATIVA

2.1. Necessidade de atualizar o arsenal de equipamentos da unidade, aparelho de extrema importância para auxiliar na intubação endotraqueal (pela traqueia) do paciente.

2.2 Necessário manter 1 kit completo em uso na UCIN e CC, sempre que utilizado deve ser enviado para serviço de esterilização, por este motivo a solicitação para aquisição de 6kits, sendo direcionado 3 kits para cada setor. (1 kit em uso, 2 reserva devido processo de esterilização durar em média 2hs), por este motivo o quantitativo solicitado.

Atualmente serviço vem sendo realizado de forma inadequada devida a falta do equipamento.

### 3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

**O Kit Laringoscópio - acompanha o Cabo convencional e lâminas Macintosh.**

- Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento;
- Simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta;
- Acabamento estriado.



Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

### **Especificações por tipo:**

#### **Kit Completo:**

- 0 - Neonatal;
- 1 - Infantil;
- 2 - Criança.
- 3 - Adulto Médio;
- 4 - Adulto Grande;
- 5 - Adulto Grande 2.

#### **Características:**

- Lâmina de Laringoscópio convencional;
- As arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão;
- Autoclaváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor;
- Acompanha lâmpada.

#### **Sobre as lâminas:**

- Modelo: Neonatal;
- Tamanho da Lâmina: #0;
- Comprimento Total: 13mm;
- Da Ponta até a Base Interno: 80mm.
- Modelo: Infantil;
- Tamanho da Lâmina: #1;
- Comprimento Total: 14mm;
- Da Ponta até a Base Interno: 92mm.
- Modelo: Criança;
- Tamanho da Lâmina: #2;
- Comprimento Total: 17mm;
- Da Ponta até a Base Interno: 100mm.
- Modelo: Adulto Médio;
- Tamanho da Lâmina: #3;
- Comprimento Total: 18mm;
- Da Ponta até a Base Interno: 130mm.
- Modelo: Adulto Grande;
- Tamanho da Lâmina: #4;
- Comprimento Total: 18mm;



- Da Ponta até a Base Interno: 155mm.
- Modelo: Adulto Grande 2;
- Tamanho da Lâmina: #5;
- Comprimento Total: 18mm;
- Da Ponta até a Base Interno: 175mm.

#### 4. VALOR DE REFERENCIA SIGEM

4.1. Valor médio para ano 2022 de R\$ 1.392,00 (mil trezentos e noventa e dois reais).

OBS: Relatório SIGEM em anexo.

*Juliana Paixão*  
Diretora Operacional  
Hospital Estadual e Maternidade  
Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL