

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO FORNECEDOR DE COMPRAS

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, é responsável pelo gerenciamento do **HMNSL - HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES**, situado na Rua 230, Qd. 709, S/N, Setor Nova Vila, Goiânia/GO, CEP: 74.640-210, vem tornar público a tomada de preço, conforme objeto discriminado abaixo, visando a manutenção da unidade.

DADOS DO PROCESSO DE COMPRA

Data de início:	30/08/2023
Data de Término:	01/09/2023

Tomada de Preço nº	2023308INV19699HMNSL
Pedido:	19699

Objeto	Quantidade	Valor unitário referencial	Valor global referencial
AQUISIÇÃO DE KIT LARINGOSCÓPIO	06	R\$ 1.666,00	R\$ 9.996,00

Os detalhes do objeto, como especificações, quantidades, volumes entre outros, poderão ser encontrados no Termo de Referência. Para maiores informações ou dúvidas podem ser solicitadas via e-mail: cotacoes.go@igh.org.br.

O resultado será publicado no site oficial do IGH (<https://www.igh.org.br/transparencia>), na pasta específica da unidade.

Goiânia, 30 de agosto de 2023.

Assinado eletronicamente por:
Maiana Brasil de Aragão Cruz
CPF: 052.365.155-48
Data: 30/08/2023 09:37:14 -03:00

MUNDO DIGITAL
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de 06 Kit's completo de Laringoscópio para Unidade Semi Intensiva Neonatal (UCIN) e Centro Cirúrgico (CC) do **Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes – HEMNSL**.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Necessidade de atualizar o arsenal de equipamentos da unidade, aparelho de extrema importância para auxiliar na intubação endotraqueal (pela traqueia) do paciente.

2.2 Necessário manter 1 kit completo em uso na UCIN e CC, sempre que utilizado deve ser enviado para serviço de esterilização, por este motivo a solicitação para aquisição de 6kits, sendo direcionado 3 kits para cada setor. (1 kit em uso, 2 reserva devido processo de esterilização durar em média 2hs), por este motivo o quantitativo solicitado.

Atualmente serviço vem sendo realizado de forma inadequada devida a falta do equipamento.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

O Kit Laringoscópio - acompanha o Cabo convencional e lâminas Macintosh.

- Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento;
- Simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta;
- Acabamento estriado.



Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

Especificações por tipo:

Kit Completo:

- 0 - Neonatal;
- 1 - Infantil;
- 2 - Criança.
- 3 - Adulto Médio;
- 4 - Adulto Grande;
- 5 - Adulto Grande 2.

Características:

- Lâmina de Laringoscópio convencional;
- As arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão;
- Autoclaváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor;
- Acompanha lâmpada.

Sobre as lâminas:

- Modelo: Neonatal;
- Tamanho da Lâmina: #0;
- Comprimento Total: 13mm;
- Da Ponta até a Base Interno: 80mm.
- Modelo: Infantil;
- Tamanho da Lâmina: #1;
- Comprimento Total: 14mm;
- Da Ponta até a Base Interno: 92mm.
- Modelo: Criança;
- Tamanho da Lâmina: #2;
- Comprimento Total: 17mm;
- Da Ponta até a Base Interno: 100mm.
- Modelo: Adulto Médio;
- Tamanho da Lâmina: #3;
- Comprimento Total: 18mm;
- Da Ponta até a Base Interno: 130mm.
- Modelo: Adulto Grande;
- Tamanho da Lâmina: #4;
- Comprimento Total: 18mm;



- Da Ponta até a Base Interno: 155mm.
- Modelo: Adulto Grande 2;
- Tamanho da Lâmina: #5;
- Comprimento Total: 18mm;
- Da Ponta até a Base Interno: 175mm.

4. VALOR DE REFERENCIA SIGEM

4.1. Valor médio para ano 2022 de R\$ 1.392,00 (mil trezentos e noventa e dois reais).

OBS: Relatório SIGEM em anexo.

Juliana Paixão
Diretora Operacional
Hospital Estadual e Maternidade
Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL